

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	週邊置入中心靜脈導管照護 (含巴德固定器) 評核表	編號	A31000-Q06-F-B44
			版本	第 2.8 版
	制定單位	護理部	修正日期	112 年 10 月 17 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：全院各單位（含中興分院）。

二、評核方式：

1. 請受試者以口述法或實際演練法。
2. 查核交班單或護理記錄。

三、評核內容：

1. PICC 導管評估：

- a. 協助病人舒適擺位，露出 PICC 注射部位，並觀察注射部位有無紅、腫、熱、痛情形，以紙膠固定導管末端，移除舊的敷料時，應與皮膚平行，並朝向注射部位方向緩慢移除敷料，避免導管滑脫。
- b. 評估導管置入部位，將外露導管做一 U 型，目的在產生一個迴路緩衝，避免導管不慎拉扯滑脫。
- c. 每次更換時，需注意導管外露長度，並觀察導管是否有滑脫。

2. 消毒方式：

75%Alcohol→2%Tincture-Iodine→75%Alcohol 或是使用 2%Chlorhexidine 消毒，由內往外環狀消毒，直徑約 3 吋（7.62 公分），每次塗擦應等上次的消毒液風乾後，再塗擦下一消毒液。（※2%Chlorhexidine 不適用 2 個月以下嬰幼兒。）

3. 固定方式：

- a. 戴上無菌手套，將巴德固定器內附的皮膚保護膠片擦拭於巴德固定器預黏貼範圍的皮膚，並需等待皮膚保護膠乾燥後，才可將巴德固定器黏貼於皮膚上。
- b. 巴德固定器上的藍色箭頭應朝向導管入針方向，將 PICC 導管與固定器密合對上且將固定器的兩側門閥扣上，再將固定器的兩側蝴蝶翼黏貼於塗有皮膚保護膠處之皮膚上。
- c. 使用 10×12cm Tegaderm 黏貼覆蓋固定，並確認外露導管位置，於 Tegaderm 處註明換藥日、導管外露長度及注射部位的臂圍。

4. 管路換藥時機：

- a. 導管放置 24 小時後，應做第一次敷料更換，之後在正常情況下，每 7 天更換一次。
- b. 當導管放置處的傷口容易出血、滲血或是容易流汗時，應使用無菌紗布覆蓋傷口，且至少每天更換一次無菌紗布或視情況更換之。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	週邊置入中心靜脈導管照護 (含巴德固定器) 評核表	編號	A31000-Q06-F-B44
			版本	第 2.8 版
	制定單位	護理部	修正日期	112 年 10 月 17 日
			頁數/總頁數	2/2

單位：_____

評核者：_____

[illegible]

註： 1.正確：以 V 表示 2.不正確：以 X 表示 3.不適用：以一表示
4.正確率(%)：【正確項數(V)/實際評核總項數(V+X)】×100%