

|                                                         |          |            |        |                  |
|---------------------------------------------------------|----------|------------|--------|------------------|
| 中山醫學大學附設醫院<br>Chung Shan Medical University<br>Hospital | 名稱       | 循血線試驗採檢評核表 | 編 號    | A31000-Q06-F-B46 |
|                                                         |          |            | 版 本    | 第 2.5 版          |
|                                                         | 制定<br>單位 | 護理部        | 修正日期   | 108 年 11 月 05 日  |
|                                                         |          |            | 頁數/總頁數 | 1/1              |

一、評核對象：護理人員（含中興分院）。

二、評核方式：

1. 護理人員實際操作或口述。
2. 查核護理記錄。

三、評核內容：

1. 護理人員

- a. 辨識病人方式：病歷、手圈、床頭卡(床邊醫療系統)、引導病人說出自己的名字（2項以上）。
- b. 先在病人一手抽出 10 ml 血液作為 Blank（基準點參考），將血液打入黃頭血清管\*2 管(各 5cc)，貼上標記前之病人檢體標籤，連同檢驗單(註明 ICG 前)x1 送至檢驗科，打電話至檢驗科(32210)請檢驗科人員先驗是否溶血，待檢驗科通知無溶血後才可施打藥物。
- c. 請病人先排空膀胱後，輕薄衣物，再秤體重。將 ICG 1vial(25mg/vial)+ ICG 藥物所附的稀釋溶液 5ml 完全溶解【注意：ICG 1vial 適用於 45kg 以下病人，體重超過 45kg 需用 2vial，ICG 藥物所附的稀釋溶液每瓶 10ml，ICG 稀釋 5ml/ vial】，並以 10ml 及 1ml 空針抽出所需劑量( $BW \times 0.1 + \text{針頭管徑量} = \text{施打量}$ )。針頭管徑量：22 號蝴蝶針為 0.4ml、22 號周邊靜脈留置針(不加 T-connector)為 0.1ml。
- d. 先設定 15 分計時器。
- e. 選擇有彈性且較直、較粗的血管放置蝴蝶針或周邊靜脈針（蝴蝶針需接 2.5ml 空針反抽回血排氣），確認無 loss，ON 針時勿來回插針，再打入已抽好劑量的 ICG 藥物，且在 30 秒內注射完畢。
- f. 注射完畢後壓計時器倒數，在打藥對側手戴上手圈標示「抽此手」。並請傳送人員於 ICG 注射完 15 分鐘內把病人、剩餘之 ICG Vial、檢驗單(註明 ICG 後病填寫完整)x1 及黃頭血清管\*2 管帶至檢驗科。【黃頭血清管貼上標記後之病人檢體標籤】。
- g. ICG 注射後 15 分鐘，由檢驗科人員從對側手臂（戴手圈）抽出 10ml 血液，抽血須於 30 秒內完成。

2. 查核護理記錄：

- a. 觀察病人是否有不適的症狀。
- b. 檢驗報告值須於護理記錄上呈現。

單位：\_\_\_\_\_

評核者：\_\_\_\_\_

| 日期 | 被評核者 | 床號 | 評核內容 |    |    |    |    |    |    |    |    | 正確率<br>(%) | 備註 |
|----|------|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|----|
|    |      |    | 1a   | 1b | 1c | 1d | 1e | 1f | 1g | 2a | 2b |            |    |
|    |      |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |            |    |
|    |      |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |            |    |
|    |      |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |            |    |
|    |      |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |            |    |

註： 1.正確：以 V 表示      2.不正確：以 X 表示      3.不適用：以一表示

4.正確率(%)：【正確項數(V)/實際評核總項數(V+X)】×100%