

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	基本無菌技術 Basic Aterile Technigue				
編號	A31000-Q05-W-A06	制定者	N13 沈佳安	公布日期	89 年 01 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 04 月 07 日
版本/總頁數	第 3.8 版/9 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 04 月 07 日

一、目的

護理人員能正確操作基本無菌技術。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）使用無菌之有蓋容器及使用無菌敷料鉗技術

1.目的：保持已滅菌物品於無菌狀態，並維持無菌區域內的無菌狀態。

2.用物準備：

(1)準備無菌的敷料（適量）。

(2)無菌的有蓋容器。

(3)無菌敷料鉗。

3.步驟及要點說明：

步驟	說明
一、使用無菌之有蓋容器(Using a Sterile Container)	
1.洗手並擦乾。	除去手上污垢。
2.取出無菌容器，檢查滅菌之有效日期。	如果滅菌之有效期限已過，應重新滅菌方可取用。
3.提起容器蓋，保持在視線範圍內，蓋口朝下，平	無菌容器必須要用時才可開啟，用完儘速

主題名稱	基本無菌技術	制定單位	護理部	
編號	A31000-Q05-W-A06	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數 2/9

行移離容器上方。	蓋好，以降低污染機會，平行移離防止容器蓋上的灰塵掉入容器內。
4.手持容器蓋時，蓋口應朝下（防灰塵掉入），若要放置桌面上時，則需蓋口朝上放置（以免容器蓋內面或邊緣與非無菌的桌面因接觸而污染）。	當蓋子提在手中時，手要保持在腰部以上，以免低於腰部，違反無菌原則。
5.蓋容器蓋： (1)把手上拿的容器蓋移回容器口上，小心蓋上。 (2)若容器蓋置於桌面時，應先將蓋子倒轉，蓋口朝下，再移至容器口上方，對準蓋好。	取蓋時，手勿接觸蓋子的內面與邊緣。
6.洗手。	
二、使用無菌敷料鉗技術(Using Sterile Container)	
1.洗手並擦乾。	除去手上污垢。
2.檢查無菌有蓋容器及泡顯罐之滅菌有效期限。	
3.打開無菌鉗包裝以手握緊無菌敷料鉗上 1/3 處（手避免觸及敷料鉗內部份，以免污染）；夾緊尖端（避免觸及周圍）垂直取出敷料鉗，保持鉗尖朝下。	手保持在視線範圍內，腰部以上。
4.持鉗時，隨時保持鉗尖朝下。	
5.欲夾取無菌敷料或器械時，需鬆開鉗柄後再使用。	
6.欲取下無菌敷料時，不可直接用手自鉗上取下敷料，而是將該敷料在距離無菌區域約 10-15 公分高度時，小心的放入無菌區域內。	防止手碰觸無菌敷料鉗。
7.用畢後送消，勿重複使用。	
8.洗手。	

（二）基本無菌技術-打開無菌包技術及將無菌物品放入無菌區技術

1.目的：保持已滅菌物品於無菌狀態，並維持無菌區域內的無菌狀態。

2.用物準備：

(1)無菌敷料包。

(2)無菌敷料鉗。

(3)無菌容器。

(4)無菌紗布。

(5)彎盆。

主題名稱	基本無菌技術	制定單位	護理部	
編號	A31000-Q05-W-A06	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數 3/9

3. 步驟及要點說明：

步驟	說明
一、打開無菌包技術(Opening a Sterile Wrapped Package)	
1. 洗手並擦乾。	除去手上污垢。
2. 取出無菌敷料包，並檢查無菌敷料包的滅菌指示帶、有效日期及有無破損和潮濕。	1. 若指示帶顯示消毒不完全，或日期已過期則不用。 2. 指示帶上之日期為到期日。
3. 將無菌包置於乾燥且清潔的桌面上。	以免毛細現象而污染。
4. 解開無菌包上的帶子，將帶子捲好，並將有帶子的一角置於遠側，或撕開無菌包的包外滅菌指示帶，並將該角置於遠側。	無菌面須保持在腰部以上。
5. 打開無菌包的左右兩角，並保持無菌面在視線範圍內。	打開包布時，手只能接觸包布四角的外側，不可碰觸內面。
6. 手抓住內角外側打開敷料包，以無菌敷料鉗夾出所需的敷料（欲取下無菌敷料時，不可直接用手自鉗上取下敷料，而是將該敷料在距離無菌區域約 10-15 公分高度時，小心的放入無菌容器內，防止手碰觸無菌敷料鉗），置於已備妥的無菌容器內。	(續)  ① 撕開消毒指示帶，並將該角置於遠端 ② 打開無菌包左右兩角 ③ 左（右）手抓住內角外側 ④ 夾出敷料，置於無菌容器 2-3 打開無菌包之步驟
7. 若敷料包內仍剩有敷料，則按打開包布的原則還原包好，並以帶子圈繞無菌包，帶端不打結。	帶子與原來的包紮方法不同以區別敷料包是否開過，開過的應優先使用。
8. 若敷料已取完，則將包布折疊整齊，丟至汙衣桶內。	
9. 洗手。	
二、將無菌物品放入無菌區技術(Dropping Sterile Items onto a Sterile Field)	
1. 洗手並擦乾。	
2. 取出無菌敷料包，檢查滅菌指示帶、有效日期及有無破損和潮濕。	若指示帶顯示消毒不完全，或日期已過期則不用。
3. 將無菌包置於乾燥且清潔的桌面上。	以免毛細現象而污染。
4. 解開無菌包上的帶子，將帶子捲好，並將有帶子的一角置於遠側（打開包布時，手只能接觸包布	

主題名稱	基本無菌技術	制定單位	護理部	
編號	A31000-Q05-W-A06	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數 4/9

步驟	說明
四角的外側，不可碰觸內面)。	
5.打開無菌包的左右兩角。	打開包布時，手只能接觸包布四角外面，不可碰觸包布外面。
6.以一手隔著包布由外面抓住敷料，另一手先將包布下角塞入持包布之手掌心，再將包布左右角也塞入同一手掌心抓住，最後以另一手將遠側剩餘一角抓住並往後拉，使無菌巾露出。(圖示說明如下)	注意勿使敷料滑出，因為此時的無菌面朝外。 抓住遠側角的手，應向後拉至持包布之手腕上。
 ① 依無菌技術打開無菌治療巾包，一手隔著包布由外抓住治療巾 ② 將包布下角塞入掌心抓住 ③ 將包布左、右角分別塞入掌心抓住 ④ 將包布有帶的角以另一隻手抓住，並向身體側拉	
7.在距離無菌區域 10~15 公分的高度，將無菌敷料放入無菌區域內。	任何物品若不慎染污或懷疑染污，均須要重新消毒。
8.將包布折疊好，置於規定處。	
9.洗手。	

(三) 基本無菌技術-倒無菌溶液技術(Pouring Sterile Liquid)

1.目的：保持已滅菌物品於無菌狀態，並維持無菌區域內的無菌狀態。

2.用物準備：

- (1)無菌溶液。
- (2)無菌容器。
- (3)無菌紗布。
- (4)彎盆或垃圾桶。

3.步驟及要點說明：

步驟	說明
1.洗手並擦乾。	
2.取出所需的無菌溶液，同時查明溶液的名稱、濃度與有效期限。	分裝之無菌溶液每週須更換一次（原裝瓶則每月更換），過期者不可用；沖洗用生理食鹽水開封後只能存放一天。
3.打開瓶蓋，將瓶蓋倒置，置於桌面上。	蓋口朝上，以免蓋口碰觸桌面造成污染。

主題名稱	基本無菌技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A06	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	5/9

4.手握標籤面，拿起瓶子。	以防溶液流下時沾濕標籤使字模糊。
5.先倒少許溶液於彎盆或垃圾桶內。	洗淨瓶口上的灰塵或雜質。
6.再倒所需的溶液量至指定的無菌容器內。	高度 10~15 公分，以免接觸到容器口污染。
7.倒好後如瓶口有殘留液，則可取無菌紗布，由瓶口處向下擦拭。	由上而下只擦一次，不可來回擦拭，保持瓶口乾燥。
8.拿起瓶蓋，反轉並小心蓋好，勿污染蓋子內側。	
9.洗手。	

(四) 基本無菌技術-穿脫無菌手套技術(Putting on and Taking off Sterile Gloves)

1.目的：保持已滅菌物品於無菌狀態，並維持無菌區域內的無菌狀態。

2.用物準備：

(1)無菌手套。

3.步驟及要點說明：

步驟	說明
一、戴無菌手套	
1. 洗手並擦乾。	手指甲需剪短，以防刺破手套。
2. 選擇適合自己尺碼的無菌手套。	女性一般使用 6.5-7.5 號；男性一般使用 7-8 號。
3. 檢查無菌手套包上的滅菌有效期限，及有無破損、潮溼。	過期者不可使用。
4. 打開無菌手套的封套，取出內包，攤開於一個清潔乾燥的檯面上，並讓手套的套口端對著帶手套者。	戴手套或操作無菌技術時，如發現手套有破損，應重新更換。戴上手套的雙手應保持在腰部以上視線範圍以內。
5. 戴左手手套時，右手拿起左手手套之反摺面，並抓緊手套（向後退一步，找一空曠處，以免碰觸污染），再將左手對準手套各指套入，將手套向上拉緊，右手勿碰觸到外側無菌面。	
6. 用已套手套之左手除大拇指外，其餘四指平伸進入右手套反摺處之內面並撐開，取出右手手套（向後退一步，找一空曠處，以免碰觸污染），左手大拇指伸直勿碰觸到手及非無菌面。再將右手對準手套各指套入，以左手將右手套向上拉緊。並將反摺面翻平，再以右手伸入左手套之反摺內面翻或抓平（整個過程需在視線範圍內）。	
7. 雙手保持在腰部以上，視線範圍內，以免污染。	

主題名稱	基本無菌技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A06	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	6/9

步驟	說明
二、脫無菌手套	
1. 以戴手套的右手抓住左手手套之外面，將左手套翻轉並脫下。	過程中以手不碰觸手套之外側為原則。
2. 右手抓住脫下的左手套。	
3. 用已脫下手套之左手插入右手套套口內面，將右手套翻轉並脫下，置於包裝紙上，勿隨便放置以免污染。	
4. 收拾用物並洗手。	

(五) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(一) 林淑燕、葉秀珍、歐倫君、林唐愉(2022)·感染控制·於蘇麗智等編著，實用基本護理學上冊（九版，225-236 頁）·台北市：華杏。

(二) 林淑燕、葉秀珍、歐倫君、林唐愉(2022)·感染控制·於蘇麗智等編著，基本護理學上冊（九版，237-239 頁）·台北市：華杏。

七、附件

(略)

主題名稱	基本無菌技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A06	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	7/9

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
89.01.31	1.0	新制定	89 年 01 月 31 日 護理部技術標準 委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
102.02.19	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
103.03.18	3.1	1. 說明(二)8.刪除：將包布折疊整齊，送至洗衣房清洗改為丟至汙衣桶內。 2. 說明(三)倒無菌溶液法內容更正為：分裝之無菌溶液每週須更換一次(原裝瓶則每月更換)。	103 年 03 月 18 日 通過護理部技術 標準委員會。
104.03.17	3.2	1. 第三項第(三)目之 4 說明內容部份修辭 2. 修正第六項參考資料版本	104 年 03 月 17 日 護理部技術標準 委員會通過
105.03.15	3.3	第三項說明內容部份修詞	105 年 03 月 15 日 護理部技術標準 委員會通過
106.03.14	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.05.09	3.4	1. 第三項第一目之 2 刪除(4) 2. 第三項第一目之 3 內容說明修訂及新增圖片說明。	107 年 05 月 09 日 護理長會議通過
108.03.18	3.5	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第一目之 3 步驟及要點說明二新增 2.檢查無菌有蓋容器及泡顯罐之滅菌有效期限。 3. 第三項第二目之 3.步驟及要點說明一之 4 新增撕開無菌包的包外滅菌指示帶，並將該角至於遠側。 4. 第三項第四目之 3.步驟及要點說明二新增 2.右手抓住脫下的左手套。 5. 第三項第五目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 03 月 18 日 護理技術組會議 通過;108 年 04 月 10 日護理長會議 通過;108 年 04 月 23 日督導會議通 過公布。

主題名稱	基本無菌技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A06	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	8/9

修正日期	版本	修正說明	備註
109.04.21	3.6	1. 第三項第一目之 3 步驟及要點說明：一、5 新增說明內容：蓋口朝下。 2. 第三項第二目之 3 步驟及要點說明：一、4 包外指示修訂為包外滅菌指示帶。 3. 第三項第二目之 3 步驟及要點說明：一、6 新增說明內容：手抓住內角外側打開敷料包及新增打開無菌包之步驟圖片。 4. 第三項第四目之 3 步驟及要點說明：一、5 刪除說明：右手抓住套口面。	109 年 03 月 16 日護理技術組會議通過;109 年 04 月 08 日護理長會議通過;109 年 04 月 21 日督導會議通過公布。
110.03.15	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.03.21	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.03.20	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.03.18	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.07.08	3.7	第六項參考資料： 將年限較久參考文獻刪除並增加近期參考文獻	114 年 03 月 17 日護理技術組會議通過;114 年 06 月 11 日護理長會議通過;114 年 07 月 08 日督導會議通過公布。
115.04.07	3.8	將所有技術名稱「法」修正為「技術」	115 年 03 月 16 日護理技術組會議通過;115 年 03 月 18 日護理長會議通過;115 年 04 月 07 日督導會議通過公布。

主題名稱	基本無菌技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A06	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	9/9

修正日期	版本	修正說明	備註