

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	測量體溫、脈搏、呼吸 Taking Temperature, Pulse and Respiration				
編號	A31000-Q05-W-A09	制定者	N10 陳依暄	公布日期	89 年 01 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 04 月 07 日
版本/總頁數	第 3.5 版/10 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 04 月 07 日

一、目的

護理人員、照顧服務員能正確操作測量體溫、脈搏、呼吸技術。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）技術目的

瞭解病人之體溫、脈搏、呼吸變化，以作為臨床診斷及治療處置的參考依據。

（二）用物準備

1.測量顳溫用物

- (1)顳溫槍。
- (2)治療盤 1 個（視需要）。
- (3)75%酒精棉片。

2.測量耳溫用物

- (1)耳溫槍。
- (2)耳膜套（可取自病人單位）。
- (3)治療盤 1 個（視需要）。

3.量腋溫

- (1)電子體溫計 1 個（可取自病人單位）。
- (2)治療盤 1 個（視需要）。
- (3)75%酒精棉片。

主題名稱	測量體溫、脈搏、呼吸	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A09	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	2/10

4.測量肛溫之用物（臨床上少用）

- (1)治療盤 1 個、治療巾 1 條。
- (2)電子體溫計 1 個（可取自病人單位）。
- (3)潤滑劑：K-Y jelly 或凡士林。
- (4)75%酒精棉片 2-3 片及乾棉球 2-3 顆或衛生紙。
- (5)感染性垃圾筒 1 個。

5.測量脈搏、呼吸之用物

- (1)治療盤 1 個（視需要）。
- (2)彎盆 1 個、計秒手錶 1 個。
- (3)如要測心尖脈則另備聽診器。

（三）步驟及要點說明

步驟	說明
1. 測量體溫：	測量體溫、脈搏、呼吸前確認病人在測量前 30 分鐘內是否有進食、吸煙、運動、洗澡等情形，若有上述活動，請病人休息 30 分鐘後再測量。
(1) 量腋溫。	
A. 脫錶洗手。	
B. 準備用物，置於治療盤內，將用物攜至病人單位，置於床旁桌上。	
C. 辨識病人（至少二種以上方法）向病人解釋，並瞭解病人有無量腋溫之禁忌。	確認病人身份包括：詢問病人姓名、出生年月日等，無法應答者則由家屬（照顧者）說出姓名或核對病歷資料（床頭卡）並核對手圈。 1. 量腋溫之禁忌：腋下發炎、腋下手術、腋下傷口、腋下出汗屬害者。 2. 若為出生 2 個月內之嬰兒，可測量背溫。 ➤ 背溫測量方式：將腋溫計金屬端放在兩側肩胛骨之間，緊緊貼住皮膚 10 分鐘以上。
D. 協助病人採坐或臥的舒適姿勢。	
E. 取出電子體溫計，注意有無破損；取一酒精棉片擦拭。	
F. 測量腋溫。	
(A) 將電子體溫計置入病人腋下。	

主題名稱	測量體溫、脈搏、呼吸	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A09	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	3/10

步驟	說明
(B) 請病人夾緊，勿任意移動。 (C) 測量 3-5 分鐘，將電子體溫計取出 （可利用此時間測量脈搏、呼吸， 詳見步驟二、三）。 (D) 看電子體溫計上正確數值。	
G. 處理腋表 (A) 將酒精棉片，螺旋擦拭消毒，污棉 片棄於彎盆。 (B) 再以乾棉球拭乾，污棉球棄於彎 盆，將電子體溫計放回原處。	
(2) 量肛溫。	
A. 脫錶洗手。	
B. 正確使用兩種以上辨識方法辨識病人， 向病人解釋，並瞭解病人有無量肛溫之 禁忌。	肛溫是最正確的體溫測量法，在嬰兒最常使 用。量肛溫的禁忌腹瀉、直腸疾病或受傷或包 石膏無法翻身看到肛門口者、大便失禁。
C. 準備用物，置於治療盤內。將用物攜至 病人單位，置於床旁桌上。	
D. 圍床簾，準備病人，換浴毯後協助病人： (A) 成人或兒童：脫褲，採側臥。 (B) 小嬰兒或幼兒：脫褲，平躺。	
E. 取出電子體溫計，注意有無破損；取一 酒精棉片，螺旋擦拭。	
F. 再用乾棉球如上法擦拭乾淨。保留乾棉 球，以備取出電子體溫計後擦拭。	
G. 檢查電子體溫計溫度。	
H. 取酒精棉片或衛生紙，沾潤滑劑潤滑電 子體溫計之前端。	
I. 測量肛溫。 (A) 置入電子體溫計： a. 成人：護理人員一手持衛生紙撥 開肛門口並請病人張口呼氣放 鬆肌肉，一手將電子體溫計插入 肛門 3.5 公分。 b. 嬰、幼兒：護理人員一手緊握住 其兩腳並將其兩腿抬高，一手將 電子體溫計，依病嬰體型，輕輕 插入肛門口 1.25-2.5 公分。	

主題名稱	測量體溫、脈搏、呼吸	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A09	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	4/10

步驟	說明
c. 兒童：大人採坐姿，讓患孩趴在腿上，護理人員一手持衛生紙撥開肛門口，一手將電子體溫計輕輕旋轉。 (B) 取出電子體溫計，並以衛生紙擦拭肛門口。 (C) 先以乾棉球擦拭測量端，看電子體溫計上正確刻度數值。	
J. 處理肛表、恢復病人及其單位。 (A) 將酒精棉片，擦拭測量端，污棉片棄於感染性圾垃筒。 (B) 再以乾棉球拭乾，污棉球棄於感染性圾垃筒，將電子體溫計放回原處。 (C) 為病人穿好衣褲，並採舒適臥位。 (D) 此時可測量脈搏、呼吸（詳見步驟二、三）。 (E) 蓋好被蓋，除去浴毯，收拾好環境。	
(3) 量耳溫 A. 脫錶洗手。 B. 準備用物，置於治療盤內，將用物攜至病人單位，置於床旁桌上。 C. 正確使用兩種以上辨識方法辨識病人，向病人解釋。	
D. 詢問並注意病人耳內是否有外傷或發炎、耳道是否拉直、是否掃描到耳膜、環境溫度是否適宜（偏低或偏高）、受測耳溫溫度是否受影響（例如是否使用冰枕或保溫箱、是否側睡等）、檢查探頭是否髒污、耳垢是否太多、耳溫槍應定期校正。	1.量耳溫的禁忌：耳道中有腦脊髓液、或血液者。 2.使用冰枕者，要移除冰枕 30 分後再測量。
E. 協助病人採坐或臥之舒適姿勢。	
F. 取出耳溫槍，測量耳溫。	1. 注意外耳道清潔，才能準確測量。 2. 測量時須將耳道拉直，3 歲以下兒童將耳垂往下向後拉，成人將耳翼往上向後拉，確保耳道平直。 ※備註：操作程序詳見護理部醫材儀器操作、

主題名稱	測量體溫、脈搏、呼吸	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A09	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	5/10

步驟	說明
	異常及維修管理(編號:A31000-Q17-W-B02 百靈耳溫槍 Pro-4000)。
2. 量顱溫	
A. 脫錶洗手。	
B. 準備用物,置於治療盤內,將用物攜至病人單位,置於床旁桌上。	
C. 正確使用兩種以上辨識方法辨識病人,向病患解釋。	
D. 協助病人採坐或臥之舒適姿勢。	
E. 取出顱溫槍,測量顱溫	測量之注意事項:
➤ 成人或兒童:	A. 測量額頭時,不可以有任何掩蓋物,如頭髮、帽子,測量處不可覆蓋枕頭,因為任何掩蓋物,會阻礙熱能的散熱,造成錯誤性的高指數。
1. 按住開關按鈕,探測頭直接接觸皮膚滑過前中間額頭,並持續按住。	B. 探頭髒污時會導致較低的指數,所以使用前檢查探頭,並用 75%酒精棉片擦拭探頭。
2. 感應探頭慢慢滑動經過前額到髮線邊緣。	C. 遇有感染疑慮時,可選用膠膜(套)(此項材料醫院未進貨)。
3. 持續按住開關按鈕輕觸耳垂後方。	D. 最好測溫在顱動脈之區域,除非有顯而易見的流汗,這種測定是作為代表性的。
4. 鬆開按鈕、讀取及記錄體溫。	E. 假如顱動脈被隱蔽,耳後溫度是可更換量測的地方。
➤ 嬰兒:	F. 由前額直線量測,不要移下到臉部,在顱動脈中線位置約二公厘滑(於耳上)過並測得溫度。
1. 按住開關按鈕,探測頭直接接觸皮膚滑過前中間額頭,並持續按住。	G. 局部若用冷或熱,應等待移除後 20-30 分鐘後再測量。
2. 感應探頭慢慢滑動經過前額到髮線邊緣。	H. 當病人流汗或臉部有血漬,應先將額部擦拭乾淨。
3. 鬆開按鈕、讀取及記錄體溫。	I. 測量後須使用酒精棉片消毒顱溫槍與病人接觸部位,等乾燥後再測量下一床病人,避免體溫過低。
	J. 每班至少一次以小棉籤清理感應探頭凹陷處,及以酒精棉片清理感應探頭,不可以使用漂白水及其他清潔品去清潔探頭。
	※備註:操作程序詳見護理部醫材儀器操作、異常及維修管理(編號:A31000-Q17-W-

主題名稱	測量體溫、脈搏、呼吸	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A09	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	6/10

步驟	說明
	B01“安準”紅外線測溫儀 EXERGEN-TAT-5000)。
3. 測量脈搏。	
A. 橈動脈之測量：	
(A) 協助病人採坐或臥的舒適姿勢。將手臂平置於床上、桌上或椅子扶手上，有適當的支托。	
(B) 以食指、中指、無名指觸按在病人手腕關節大拇指側之橈動脈上。	尚有心尖脈、顳動脈、頸動脈、肱動脈、股動脈、脛動脈、足背動脈及脛後動脈可測量。
(C) 測量脈搏一分鐘次數或 30 秒之跳動次數，再乘以二，即為 1 分鐘脈搏次數。	1.若脈搏跳動不規則，應測量 1 分鐘或心尖脈。 2.首次測量者應測量 1 分鐘脈搏次數。
B. 心尖脈之測量：	常用於脈率太快、脈搏不規則、不易觸診周邊脈搏、使用毛地黃者及 2 歲以下嬰幼兒。
(A) 圍屏風（或床簾），協助病人平躺、左側臥或坐姿。	
(B) 護理人員將聽診器之耳套置於兩耳內，並將胸端之膜面貼緊手掌溫暖 5～10 秒。	
(C) 將聽診器膜面放在病人胸前區左鎖骨中線與第五肋間交會處。	若為嬰幼兒，將聽診器置於第三肋間與胸骨左側 1 吋交會處。
(D) 聽診心跳一分鐘。	
(E) 取下聽診器，恢復病人姿勢。	
4. 測量呼吸：	嬰幼兒測量順序為呼吸→脈搏→體溫。
A. 測量呼吸通常在測量脈搏之後，在量完脈搏後，手指仍觸按在病人手腕處。	
B. 觀察病人吸氣與呼氣後的起伏次數，其胸腹之起伏視為一次呼吸，計時一分鐘，呼吸速率規則可以測量 30 秒，再將數值乘以 2 即為每分鐘呼吸次數。	1.注意呼吸的深度、節律、難易程度、呼吸聲音、氣味等，此過程中盡量不要讓病人察覺，以免失去準確性。 2.首次測量者應測量 1 分鐘呼吸次數。
C. 量完體溫、脈搏、呼吸後，收拾用物並洗手。	
5. 記錄。	
A. 體溫：	
(A) 於病人單位可先記於紙上。	※正常的體溫 1. 耳溫為 36.5～37.5°C(97.6°F～99.6°F)。 2. 腋溫為 36.0～37.0°C(96.6～98.6°F)。 3. 肛溫為 37.0～38.1°C(98.6～100.6°F)。

主題名稱	測量體溫、脈搏、呼吸	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A09	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	7/10

步驟	說明
	4. 顱溫為 36.3～37.8℃(97.4～100.1°F)。 註：攝氏與華氏的換算公式： $^{\circ}\text{C} = 5/9 \times (^{\circ}\text{F} - 32)$ $^{\circ}\text{F} = 9/5 \times (^{\circ}\text{C} + 32)$
(B) 回護理站再將測量數據鍵入護理資訊系統→生理監測→vital sign，結果如下： 耳溫以藍色實心圓圈記錄。 腋溫以藍色 x 記錄。 肛溫以藍色空心圓圈。 顱溫以藍色三角形紀錄。	若病人經退燒處置（如使用冰枕），須於 30 分鐘後測量體溫變化，將溫度以紅色空心圓紀錄於同一欄位，並以虛線與先前的體溫相連。
B. 脈搏：	
(A) 於病人單位可先記於紙上。	
(B) 回護理站再將測量數據鍵入護理資訊系統→生理監測→vital sign 結果如下： ➤ 橈動脈記錄為紅色實心圓圈，若需紀錄脈搏強弱則紀錄方式如下： ”0”代表無脈搏。 ”1+”代表脈搏細弱，有時摸不到。 ”2+”代表脈搏正常，容易摸到。 ”3+”代表脈搏強而有力，很容易摸到。 (C) 心尖脈記錄為紅色空心圓圈。	脈搏次數正常範圍：60-100 次/分。
C. 呼吸：	
(A) 於病人單位可先記於紙上。	
(B) 回護理站再將測量數據鍵入護理資訊系統→生理監測→vital sign 結果如下：呼吸記錄為黑色實心圓圈。	呼吸次數正常範圍：12-20 次/分。
6. 特殊情形如： A. 體溫過高、過低，脈搏及呼吸不正常等應報告，並記錄於護理記錄單上。 B. 若遇同一點則依體溫、脈搏、呼吸由內向外畫。	

主題名稱	測量體溫、脈搏、呼吸	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A09	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	8/10

(四) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(一) 王月琴等合著(2024)·生命徵象·於王桂芸總校閱·基本護理學上冊(9版修訂版)·台北：永大。

(二) 曹麗英等合著(2024)·生命徵象，新編基本護理學-學理與技術上冊(第4版)·台北：新文京開發。

七、附件

(略)

主題名稱	測量體溫、脈搏、呼吸	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A09	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	9/10

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
89.01.31	1.0	新制定	89 年 01 月 31 日 護理部技術標準 委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
101.02.01	2.1	1. 因國家政策禁止使用水銀體溫計全部改為電子體溫計。 2. 增加新的參考資料	101 年 02 月 01 日 護理部技術標準 委員會通過
102.1.22	2.2	1. 用物準備刪除:體溫本 1 本、紅、藍、黑原子筆(各 1 隻,或按醫院規定準備)。 2. 參閱顛溫槍操作說明書修改步驟及要點說明注意事項。	102 年 01 月 22 日 護理部技術標準 委員會通過
102.02.19	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
103.06.30	3.0	年度檢閱,無修正。版本不變動。	
104.03.17	3.1	1. 第三項第(三)目之 1、2、3、4、5 步驟及要點說明之內容部份刪修。 2. 更新第六項參考資料。	104 年 03 月 17 日 護理部技術標準 委員會通過
105.03.15	3.2	1. 用物準備新增:耳膜套、凡士林,刪除:肥皂水棉球、清水棉球,計秒手錶。 2. 增修第三項第(三)目之 1 病人辨識內容及部份內容修辭。	105 年 03 月 15 日 護理部技術標準 委員會通過
106.03.14	3.3	1. 第三項第(三)目步驟 1(1)C、(3)F、4B 新增說明。 2. 新增第六項參考資料。	106 年 03 月 14 日 護理部技術標準 委員會通過
107.03.22	3.3	年度檢閱,無修正。版本不變動。	
108.03.18	3.4	1. 第二項新增(含中興分院)。 2. 第三項第四目本辦法經委員會通過後公布實施,改為護理長會議通過後,呈督導會議核准後公布實施。	108 年 03 月 18 日 護理技術組會議 通過;108 年 04 月 10 日護理長會議 通過;108 年 04 月 23 日督導會議通 過公布。

主題名稱	測量體溫、脈搏、呼吸	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A09	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	10/10

修正日期	版本	修正說明	備註
109.03.16	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.03.15	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.03.21	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.03.20	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.03.18	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.03.17	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
115.04.07	3.5	第六項參考資料修訂。	115 年 03 月 16 日護理技術組會議通過;115 年 03 月 18 日護理長會議通過;115 年 04 月 07 日督導會議通過公布。