

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	測量血壓 Taking Blood Pressure				
編號	A31000-Q05-W-A10	制定者	N13 沈佳安	公布日期	89 年 01 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 04 月 07 日
版本/總頁數	第 3.7 版/6 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 04 月 07 日

一、目的

護理人員、照顧服務員能正確操作測量血壓技術。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）技術目的

測量心臟收縮及舒張時，血液作用於動脈管壁的壓力變化情形，以作為臨床診斷及治療處置的參考依據。


（二）用物準備

- 1.治療盤 1 個。
- 2.電子血壓計 1 台。
- 3.枕頭 1 個（視需要）。
- 4.筆、記錄單張 1 張（視需要）。

（三）步驟及要點說明

步驟	說明
1.準備量血壓（上肢血壓測量法）：	
(1)脫錶洗手。	
(2)準備用物，置於治療盤內，攜至病人單位，放在床旁桌上。	檢測電子血壓計功能是否正常。
(3)準備安靜舒適的環境。	
(4)辨識病人（至少二種以上方法）向病人解釋目的和過程。詢問病人在 30 分鐘內有無抽煙、進食、喝冷熱飲、運動等影響因素。	確認病人身份包括：詢問病人姓名、出生年月日等，無法應答者則由家屬（照顧者）說出姓名或核對病歷資料（床頭卡）並核對手

主題名稱	測量血壓	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-A10	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	2/6

步驟	說明
	圈。 1. 當病人有服用抗高血壓藥物，應在給藥前測量血壓。 2. 若有影響因素存在，則應於 15-30 分鐘後再測量。 3. 姿位性低血壓患者，建議測量臥姿、坐姿及站姿血壓值，並加以比較，每次改變姿勢後 1-3 分鐘後再測量。 4. 應優先選擇健側肢體測量，對於靜脈注射部位盡量避免，但非絕對。
(5)協助病人採舒適姿勢（坐或臥），手臂平放於桌上或床上。護理人員坐在病人對面或站在床旁。	血壓值：坐姿＞臥姿，下肢＞上肢（一般下肢血壓比上肢高 20-40mmHg），右臂較左臂高 10mmHg，一般以右手臂為準，每次測同一部位，以便比較。
(6)將病人手臂衣袖捲起，露出上臂，天冷時將衣袖捲平即可，採坐姿時墊枕頭於臂下，使其與心臟在一平行線上。	注意衣袖不可卡緊手臂而影響血流，手臂高於心臟，血壓值偏低，手臂低於心臟，血壓值偏高。
2.量血壓	
2-2 以電子血壓計測量	
(1)確認將臂帶的空氣插頭插入本體的空氣管插孔中。	
(2)將臂帶纏繞固定在上臂，帶顏色的標記要位於手臂內側中央（對準肱動脈位置），臂帶鬆緊度 1-2 指可以進出之寬度為宜（見圖一）。	 標記對準肱動脈位置 圖一

主題名稱	測量血壓	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A10	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	3/6

步驟	說明
(3)按下電源開關，開始測量血壓。	A. 自動再加壓：測量初期，血壓計確認預加壓力不足時，會自動將所加壓力增加 30mmHg B. 若要中途停止測量時請按下電源開關，血壓計會停止加壓，急速排氣，切斷電源。
(4)測量完成後，血壓計會顯示血壓及脈搏次數，同時臂帶會自動放氣。	
(5)切斷電源，再次按下電源開關即可關閉電源。	
(6)測量結束，收好臂帶，請勿強行彎曲空氣管。	
4.下肢血壓測量法：	
(1)膝脛動脈：須使用大腿用壓脈帶，將壓脈帶纏繞於大腿下端 1/3 處。	
(2)足背動脈：可選用測量手臂壓脈帶。將壓脈帶包裹在踝關節上方，須露出內踝。	
5 記錄與評估：	
(1)於病人單位可先記於紙或小冊子上（視需要）。	
(2)回護理站將測量數據鍵入護理資訊系統→生理監測→vital sign，並與前次測量值比較。如有異常應報告，並記錄於護理記錄上。	

（四）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

五、流程圖

（略）

主題名稱	測量血壓	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A10	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	4/6

六、參考資料

- (一) 張華蘋(2022)。生命徵象。實用基本護理學上冊（第九版，頁 529~534）。華杏出版股份有限公司。

七、附件

(略)

主題名稱	測量血壓	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A10	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	5/6

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
89.01.31	1.0	新制定	89 年 01 月 31 日 通過護理部技術 標準委員會。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
100.04.06	2.1	修改錯別字與符號	100 年 04 月 06 日 通過護理部技術 標準委員會。
102.02.19	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
102.04.03	3.1	說明(三)步驟及要點說明刪除：記錄於體溫單上之血壓欄或血壓、脈搏、呼吸記錄單上新增：將測量數據鍵入護理資訊系統	102 年 04 月 03 日 通過護理部技術 標準委員會。
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.03.17	3.2	1. 第三項第(二)目用物準備新增：75%酒精棉片。 2. 第三項第(三)目之 1、2、3、4 步驟及要點說明之內容部份刪修。 3. 更新第六項參考資料。	104 年 03 月 17 日 護理部技術標準 委員會通過
105.03.15	3.3	1. 第三項第(二)目用物準備更新內容。 2. 更新第三項第(三)目之 1(4)病人辨識內容。	105 年 03 月 15 日 護理部技術標準 委員會通過
106.03.14	3.4	1. 第三項第(三)目之步驟 1 增修部份內容。 2. 第三項第(三)目之步驟 4 新增：下肢血壓測量法： (1)膝脛動脈：須使用大腿用壓脈帶，將壓脈帶纏繞於大腿下端距膝脛動脈 2-3 公分處，若使用血銀血壓計，將聽診器放在膝脛動脈聽診。(2)足背動脈：可選用測量手臂壓脈帶。將壓脈帶包裹在踝關節上方，須露出內踝，若使用血銀血壓計，將聽診器放在足背動脈聽診。 3. 新增第六項參考資料。	106 年 03 月 14 日 護理部技術標準 委員會通過
107.05.09	3.5	因本院於 107 年禁止使用水銀血壓計，故第三項第二目第三目刪除水銀血壓計相關說明	107 年 05 月 09 日 護理長會議通過

主題名稱	測量血壓	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A10	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	6/6

修正日期	版本	修正說明	備註
108.03.18	3.6	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第四日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 03 月 18 日護理技術組會議通過；108 年 04 月 10 日護理長會議通過；108 年 04 月 23 日督導會議通過公布。
109.03.16	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.03.15	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.03.21	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.03.20	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.03.18	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.03.17	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
115.04.07	3.7	1. 第三項第三目之 1 第 4 點：說明新增 4.應優先選擇健側肢體測量，對於靜脈注射部位盡量避免，但非絕對。 2.第三項第三目之 1 第 5 點：修訂右臂較左臂高 10mmHg。 3.第三項第三目之 4，步驟新增於大腿下端 1/3 處刪除大腿下端距膝關節動脈 2-3 公分處。 4.第六項參考資料修訂。	115 年 03 月 16 日護理技術組會議通過；115 年 03 月 18 日護理長會議通過；115 年 04 月 07 日督導會議通過公布。