

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	間歇導尿技術、單次導尿技術 Intermittent Catheterization				
編號	A31000-Q05-W-A25	制定者	R12 吳育娟	公布日期	89 年 04 月 30 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 04 月 07 日
版本/總頁數	第 3.7 版/7 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 04 月 07 日

一、目的

護理人員能正確操作間歇導尿、單次導尿技術。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）技術目的

1. 導出膀胱內尿液，以減輕脹痛不適。
2. 取無菌尿液培養。
3. 測餘尿量（正常餘尿量為 50 cc）。
4. 在滴藥前或灌洗前排空膀胱，以達治療之效。
5. 執行排尿訓練。

（二）用物準備

1. 拋棄式導尿包：包裝包布 80x80 cm、不附背膠洞巾 60x60 cm、大棉棒 6 支、醫用紗布 10x10 cm、消毒液盒、Jelly 3ml。
2. 蒸餾水溶液。
3. 優碘溶液。
4. 無菌手套 1 雙（尺寸視需要）。
5. 無菌檢體容器 1 個（如需留取無菌尿液檢體）。
6. 拋棄式單導管 1 條（尺寸視需要）。
7. 尿壺（視需要）。

主題名稱	間歇導尿法、單次導尿法	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-A25	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	2/7

(三) 步驟及要點說明

步驟	說明
1. 核對醫囑及病人：	
(1) 核對電腦 HIS 系統於護理執行，核對預定執行醫囑，於核對狀態核簽“正確”。	
(2) 正確使用兩種以上辨識方法辨識病人，向病人或家屬解釋（說明目的及步驟）。	確認病人身份包括：詢問病人姓名、出生年月日等，無法應答者則由家屬（照顧者）說出姓名或核對病歷資料（床頭卡）並核對手圈。
2. 工作前洗手。	
3. 備齊並確認用物有效日期後攜至病人單位。	
4. 準備環境及病人：	
(1) 關病房門、拉布簾、掛「治療中請勿打擾」牌子。	
(2) 將床尾之被單反折至下腹部適當覆蓋後協助病人脫除褲子。	
(3) 協助女病人採屈膝仰臥式並將兩腳分開。	男病人採平躺仰臥姿勢即可。
5. 準備用物：	
(1) 導尿包置病人雙腿間且緊靠臀部，以無菌原則打開包布。	
(2) 視情況請病人雙腿用力踩住床墊以抬高臀部，將包布墊於臀下。	
(3) 遵循無菌原則分別將優碘溶液及蒸餾水溶液各倒於消毒液盒中。	CAUTI Bundle 建議蒸餾水溶液瓶口先使用酒精棉片消毒過後再打開。 
(4) 選擇合適的單導管，撕開外包裝後以無菌原	

主題名稱	間歇導尿法、單次導尿法	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-A25	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	3/7

步驟	說明
則置於導尿包內。	
6. 執行導尿技術：	男病人由專科護理師或醫師執行為主。
(1) 穿戴無菌手套。	
(2) 擠出潤滑劑於紗布中並潤滑導尿管前端 2-3 吋（5-7 公分）。	男病人之導尿管需潤滑約 7-8 吋（17-20 公分）。
(3) 女病人之步驟如： A. 鋪無菌洞巾，使女病人會陰部露出洞巾之洞口。 B. 以一手大拇指及食指分開女病人小陰唇露出尿道口（完成導尿之過程中不可換手）。 C. 消毒：另一手持大棉棒，順勢由上往下消毒及清潔尿道口，步驟如下： (a) 持第 1 支棉棒，消毒遠端之小陰唇內面，並將用過之棉棒丟至無菌手套包裝廢紙上。 (b) 持第 2 支棉棒，消毒近端之小陰唇內面。 (c) 持第 3 支棉棒，消毒中間尿道口。 (d) 另持 3 支蒸餾水棉棒，依上述步驟清潔。	◆ 鋪無菌洞巾法：（如下圖） 1. 兩手各持無菌洞巾之一頂角，吸水面朝上，防水面朝下。 2. 將頂角稍向內捲包住兩手，以防雙手接觸到病人之大腿而污染手套。 3. 將洞巾之洞口對準尿道口鋪平。  ◆ CAUTI Bundle 建議優碘消毒時間停留 2 分鐘 ◆ 男病人之消毒步驟： 一手持紗布，輕輕提握病人之陰莖使其角度呈 60~90°，並將包皮往後推，先以優碘棉棒消毒，由尿道口周圍環形消毒龜頭與陰莖前段，再用蒸餾水棉棒清潔。
(4) 將消毒液盒靠近會陰部，使導尿管末端放入消毒液盒內以利引流，以防尿液溢出。	
(5) 教導病人微張口作深呼吸，分散其注意力。	
(6) 將單導管輕插入（向上漸向後）女病人之尿道，長約 2-3 吋（5-7 公分）。	男病人則約需插入之長度為 7-8 吋（17-20 公分）。
(7) 若須留取尿液檢體，則將單導管放入無菌容器內，留取中段尿液約 8~10 cc。	
(8) 消毒液盒不足以盛接尿液時，可先捏緊單導管並將尿液倒入尿壺繼續盛接；若尿液停止流出時，可用手輕按膀胱處，以促排空膀胱。	
(9) 當尿液未再流出，將導管輕輕抽出後，置放於消毒液盒內。	每次導出量不可超過 500 cc，避免休克或血管破裂之危險。
(10) 移除洞巾及清潔病人外陰部。	

主題名稱	間歇導尿法、單次導尿法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A25	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	4/7

步驟	說明
7. 整理環境及用物：	
(1)協助病人穿好褲子，蓋好被子，採舒適臥位並整理環境。	
(2)移去布簾。	
8. 將導尿包及用物丟至感染性垃圾桶。	
9. 工作後洗手。	
10. 完成護理系統／「護理執行」／「執行狀態」核簽“已執行”。	
11. 若有尿液檢體，核對檢體標籤後立即送檢。	
12..記錄：導尿時間、導出量、尿液顏色、性質及病人反應等。	

(四) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 林家綾等合著(2020)·排尿處置-單次導尿·最新內外科臨床護理教戰手冊-基本護理應用篇(1-10頁)·台北：永大書局有限公司。
- (二) 蘇麗智等合著(2022)·單次導尿法·實用基本護理學-技術篇（九版，406-412頁）·台北：華杏。
- (三) 王月琴等合著(2023)·單次導尿法·基本護理學-技術篇(下冊)(九版，15-53-15-60)，台北：永大書局有限公司。
- (四) 院內感染管制委員會_212070-ABA-P-003_導尿管放置之感染管制政策，於89年02月

主題名稱	間歇導尿法、單次導尿法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A25	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	5/7

25日制定，105年08月25日修訂

七、附件

(略)

主題名稱	間歇導尿法、單次導尿法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A25	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	6/7

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
89.04.30	1.0	新制定	89 年 04 月 30 日 護理部技術標準委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
99.11.03	2.1	修改說明內容	99 年 11 月 03 日醫 護部技術標準委員會通過
101.04.11	2.2	修改病人辨識方法：確認病人身份包括：詢問病人姓名、出生年月日、病歷號。	101 年 04 月 11 日 護理部技術標準委員會通過
102.02.20	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
103.03.18	3.1	1. 說明(三)步驟及要點說明內容刪除：導尿管改為單導管 2. 新增：參考資料版本	103 年 03 月 18 日 通過護理部技術標準委員會。
104.03.17	3.2	新增第六項參考資料文獻	104 年 03 月 17 日 護理部技術標準委員會通過
105.03.15	3.3	1. 第三項說明內容 HIS2008 統稱為 HIS 系統。 2. 增修第三項第(一)目之(2)病人辨識說明。 3. 新增第六項參考資料。	105 年 03 月 15 日 護理部技術標準委員會通過
105.12.20	3.4	1. 原導尿包改為拋棄式導尿包，故修正第三項第(三)目內相關內容。 2. 新增第六項參考資料。	105 年 12 月 20 日 護理部技術標準委員會通過
106.03.14	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.03.22	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.03.18	3.5	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第四日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 03 月 18 日 護理技術組會議通過;108 年 04 月 10 日護理長會議通過;108 年 04 月 23 日督導會議通過公

主題名稱	間歇導尿法、單次導尿法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A25	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	7/7

			布。
109.03.16	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.03.15	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.03.20	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.04.16	3.6	1. 第三項第二目用物準備修訂及新增 7.尿壺（視需要）。 2. 第三項第三目步驟 6.說明新增男病人由專科護理師或醫師執行為主。	113 年 03 月 18 日護理技術組會議通過;113 年 04 月 10 日護理長會議通過;113 年 04 月 16 日督導會議通過公布。
114.03.17	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
115.04.07	3.7	1.主題內容「法」修訂為「技術」 2.第三項第三目步驟 11 若有尿液檢體，核對檢驗單修正為檢體標籤後立即送檢。 3.參考資料更新	115 年 03 月 16 日護理技術組會議通過;115 年 03 月 18 日護理長會議通過;115 年 04 月 07 日督導會議通過公布。