

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	鼻套管氧氣吸入法 Using a Nasal Cannula for Oxygen Therapy				
編號	A31000-Q05-W-B08	制定者	N09 張愷芹	公布日期	89 年 01 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	108 年 07 月 23 日
版本/總頁數	第 3.3 版/5 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 06 月 16 日

一、目的

護理人員能正確操作鼻套管氧氣吸入法。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）技術目的

1. 增加肺臟及血液內氧氣之濃度。
2. 維持血液中足夠的氧合狀態，減輕或改善組織缺氧的情形。
3. 減少心肌負荷。

（二）用物準備

1. 中央氧氣或氧氣筒。
2. 氧氣流量表。
3. 氧氣潮濕瓶（視需要）。
4. 鼻套管。
5. 氧氣接頭（聖誕樹，視需要）。

（三）步驟及要點說明

步驟	說明
1. 準備氧氣來源。	1. 連接氧流量表於中央氧出口或氧氣筒上。 2. 若使用氧氣筒需檢查氧氣存量是否足夠。
2. 核對醫囑確認氧氣流速。	
3. 洗手。	

主題名稱	鼻套管氧氣吸入法	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-B08	版本	第 3.3 版	頁碼/總頁數	2/5

步驟	說明
4. 將用物帶至病人單位，辨識病人（至少二種以上方法）向病人及家屬解釋治療目的與過程。	1. 確認病人身份包括：詢問病人姓名、出生年月日等，無法應答者則由家屬（照顧者）說出姓名或核對病歷資料（床頭卡）並核對手圈。 2. 提醒病人及家屬應嚴禁煙火。
5. 評估病人呼吸音並注意病人鼻腔是否通暢。	
6. 裝上氧氣接頭於氧流量表上，並將鼻套管連接。	視需要使用潮濕瓶（潮濕瓶內的無菌蒸餾水約 1/2～2/3 滿）氧氣流量小於或等於 4L/min 則不需使用潮濕瓶。
7. 打開氧氣筒或氧流量表之開關，依醫囑調節氧氣流量。	1. 可供應 1-6 L/min 之氧氣，一般為 3-5L/min，COPD 患者為 1-2L/min。 2. 使用氧氣流量表時，若為圓形浮球，應將浮球中線對齊所需氧氣流量刻度線。
8. 協助病人抬高床頭 30-45 度，將鼻套管前端置於病人兩鼻孔內。	1. 可用手測試鼻套管之開口，以確定管道是否通暢。 2. 抬高床頭以利換氣。
9. 將鼻套管分叉之兩塑膠管適當的固定於病人耳朵上。	長期使用者應注意鼻孔、顴骨或耳朵附近皮膚的狀況，避免壓瘡產生，必要時可於耳上及人中處墊紗布。
10. 整理用物後洗手。	
11. 記錄開始使用氧氣時間、流速、及病人反應。	

（四）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

五、流程圖

（略）

六、參考資料

（一）周幸生、明金蓮(2006)臨床護理技術規範-上冊（132-136 頁）台北：時新

主題名稱	鼻套管氧氣吸入法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B08	版本	第 3.3 版	頁碼/總頁數	3/5

(二) 范淑芳、楊惠如、蕭淑貞(2011)・鼻套管給氧法・范淑芳，最新內外科護理技術(37-43)・台北：永大。

(三) 蔡玲君、張凱喬、柯雅妍、游秀珍、林枚君、游金靖……藍麗美(2010)・氧氣治療・潘美容、林英姬，新編內外科護理技術(6-2—6-9)・台中：華格納。

七、附件

(略)

主題名稱	鼻套管氧氣吸入法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B08	版本	第 3.3 版	頁碼/總頁數	4/5

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
89.01.31	1.0	新制定。	89 年 01 月 31 日護理部技術標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
100.08.03	2.1	1.修改說明內容修辭。 2.病患改病人。	100 年 08 月 03 日護理部技術標準委員會通過。
102.02.20	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.06.18	3.1	1. 第三項第(一)目技術目的新增~減少心肌負荷。 2. 第三項第(二)目用物準備新增~「嚴禁煙火」牌。 3. 第三項第(三)目部份說明內容刪修。 4. 更新第六項參考資料。	104 年 06 月 18 日護理部技術標準委員會通過。
105.06.21	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.06.19	3.2	1. 第三項第(二)目用物準備刪除：「嚴禁煙火」牌。 2. 第三項第(三)目之 4 新增病人辨識說明。 3. 第六項參考資料刪修。	106 年 06 月 19 日護理部技術標準委員會通過。
107.06.25	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.06.17	3.3	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第四日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 06 月 17 日護理技術組會議通過；108 年 07 月 17 日護理長會議通過；108 年 07 月 23 日督導會議通過公布。

