

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	氧氣面罩療法 Using of the Oxygen Mask				
	編號	制定者	核准者	公布日期	
	A31000-Q05-W-B09	MI 林詩芳	吳姿蓉	89 年 01 月 31 日	
	護理部	劉俞均	劉俞均	修正日期	114 年 10 月 08 日
	第 3.7 版/6 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 10 月 08 日

一、目的

護理人員能正確操作氧氣面罩療法技術。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）技術目的

- 1.維持血液中足夠的氧合狀態，減輕或改善組織缺氧的情形。
- 2.增加肺臟及血液內氧氣之濃度。
- 3.降低呼吸的作功。

（二）用物準備

- 1.中央供應系統或氧氣筒。
- 2.氧流量表。
- 3.潮濕瓶。
- 4.蛇行管。
- 5.氧氣面罩(simple、venturi、Aerosol、non-rebreathing mask)。
- 6.紗布(3×3)×2 片。
- 7.氧氣接頭（聖誕樹）。

（三）步驟及要點說明

步驟	說明
1. 核對 HIS 護理系統於護理執行，核對預定執行處方名稱、每次量、執行量、途徑、頻率，於核	

主題名稱	氧氣面罩療法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B09	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	2/6

對狀態核簽“正確”。	
2. 辨識病人（至少二種以上方法），向病人及家屬解釋目的及過程。	確認病人身份包括：詢問病人姓名、出生年月日等，無法應答者則由家屬（照顧者）說出姓名或核對病歷資料（床頭卡）並核對手圈。
3. 洗手。	
4. 備妥用物，將換藥車（或護理工作車）推至病人單位。	
5. 將氧氣流量表接到中央供應系統並接上潮濕瓶或直接使用氧氣筒。	提醒病人及家屬應『嚴禁煙火』。
6. 將面罩接上流量表，視面罩種類再接上潮濕瓶。	1. 氧氣流量小於或是等於 4L/min 則不需使用潮濕瓶，若大於 4L/min 則潮濕瓶內要維持適量的蒸餾水。 2. 氣切、simple、venturi、Aerosol（噴霧）面罩需接上蒸餾水，Non-rebreathing mask 不需接潮濕瓶。
7. 打開氧氣筒或氧流量表之開關，檢視有無霧氣噴出並依醫囑調節氧氣流量及氧氣濃度。	1. 較高的氧氣濃度其流速應調較高些，至少調至 6-8L/min 以避免二氧化碳滯留。 2. (1) simple mask 氧氣流速約 6~8L/min（約 40-60%）。 (2) non-rebreathing mask 氧氣流速約 10~15L/min（約 60-100%），使用前必須先以氧氣將貯存袋漲滿，以避免病人吸氣時塌陷。 (3) venturi mask 氧氣流速 3~15L/min（約 24-50%）。 3. 若無噴霧，則易使病人喉嚨變乾、痰液變得濃稠更不易咳出。
8. 將氧氣面罩由額頭往下戴，調整密合，合適的包住口鼻部位。	告知病人若要咳嗽、吃東西可暫時移去面罩，用餐時間最好能改用鼻導管。
9. 依病人頭型大小調整面罩上的彈性帶，使其固定於病人頭部。	視需要雙耳墊上紗布，預防壓力性損傷產生。
10. 注意避免使蛇行管被壓迫到或扭曲，並注意避免管子積水太多，影響流速。	
11. 協助病人整理衣物及單位。	
12. 清潔，整理及補充用物。	
13. 工作後洗手。	
14. 在 HIS 護理系統於護理執行，已完成執行處方	

主題名稱	氧氣面罩療法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B09	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	3/6

醫囑，於執行狀態核簽“執行”。	
15. 紀錄病人氧氣面罩使用種類、給氧開始時間、氧氣濃度與流速、病人反應與生命徵象、SPO2 變化及停用時間。	
16. 至少七天（或視情況有污血、分泌物時）更換蛇形管及氧氣面罩。	蛇形管及氧氣面罩限單一病人使用。

（四）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

五、流程圖

（略）

六、參考資料

- （一）洪麗珍、陳夏蓮、葉明珍(2017)．呼吸系統病人的護理．於林貴滿等編著，內外科護理技術（九版，233-244 頁）．台北市：華杏。
- （二）李芸湘、邱飄逸(2016)．內外科常見技術．於李芸湘等編著，內外科臨床醫護手冊（五版，1-6 頁）．台北市：新文京。
- （三）林貴滿(2012)．呼吸系統急症，實用急症護理學（二版，264-274 頁）．台北市：華杏。

七、附件

（略）

主題名稱	氧氣面罩療法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B09	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	4/6

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
89.01.31	1.0	新制定。	89 年 01 月 31 日 護理部技術標準 委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
102.02.20	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.06.18	3.1	1. 第三項第(一)目技術目的新增~降低呼吸的作功。 2. 第三項第(二)目用物準備刪除~中央氧氣或蓄氧筒；改為~中央供應系統或氧氣筒。 3. 第三項說明內容 HIS2008 一律統稱為 HIS 系統。 4. 第三項第(三)目部份說明內容刪修。 5. 更新第六項參考資料。	104 年 06 月 18 日 護理部技術標準 委員會通過。
104.09.29	3.2	第三項第(三)目步驟 7 說明修正：non-rebreathing mask 氧氣流速約 8~15L/min(約 60-100%)，使用前必須先以氧氣將貯存袋漲滿，以避免病人吸氣時塌陷。	104 年 09 月 29 日 護理部技術標準 委員會通過。
105.06.21	3.3	1. 修正第三項第(三)目之 2 病人辨識說明。 2. 第三項第(三)目之 7 刪除：venturi mask 氧氣流速 4~8L/min(約 24-40%)。 改為~venturi mask 氧氣流速 3~15L/min(約 24-50%)。	105 年 06 月 21 日 護理部技術標準 委員會通過。
106.06.19	3.4	更新第六項參考資料版本。	106 年 06 月 19 日 護理部技術標準 委員會通過。
107.06.25	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	氧氣面罩療法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B09	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	5/6

修正日期	版本	修正說明	備註
108.06.17	3.5	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第三目之 9 說明：壓瘡改為壓力性損傷。 3. 第三項第四目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 06 月 17 日護理技術組會議通過；108 年 07 月 17 日護理長會議通過；108 年 07 月 23 日督導會議通過公布。
109.06.15	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.09.23	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.06.20	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.08.08	3.6	第三項第三目之 7.說明 2.(2)non-rebreathing mask 氧氣流速。	112 年 07 月 03 日護理技術組會議通過；112 年 07 月 12 日護理長會議通過；112 年 08 月 08 日督導會議通過公布。
113.06.17	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.10.08	3.7	1.更新第三項第三目第 16 點：文詞修訂 2.更新第六項參考文獻年分	114 年 06 月 16 日護理技術組會議通過；114 年 09 月 10 日護理長會議通過；114 年 10 月 08 日督導會議通過公布。

主題名稱	氧氣面罩療法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B09	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	6/6

修正日期	版本	修正說明	備註