

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	皮膚牽引 Skin Traction				
編號	A31000-Q05-W-B26	制定者	N09 張愷芹	公布日期	89 年 01 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	108 年 11 月 05 日
版本/總頁數	第 3.3 版/7 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 09 月 15 日

一、目的

護理人員能正確操作皮膚牽引技術。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）技術目的：

- 1.提供制動，固定患肢。
- 2.減輕骨折引起的肌肉痙攣及神經、血管的受傷。
- 3.預防關節攣縮及矯正或預防畸形。
- 4.使骨折復位。

（二）用物準備：

1. 勃克氏牽引法(Buck's traction)：

- (1)皮膚牽引帶 1 副。
- (2)牽引架 1 副。
- (3)砂包（重量依醫囑）。
- (4)枕頭 1-3 個。
- (5)牽引繩。
- (6)彈性繃帶 2 個。

2. 骨盆牽引法(pelvic traction)：

- (1)骨盆牽引帶 1 副（附有牽引繩 2 條）。

主題名稱	皮膚牽引	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B26	版本	第 3.3 版	頁碼/總頁數	2/7

(2)雙牽引架 1 個（附滑輪）。

(3)砂包 2 包（重量依醫囑）。

(4)小枕 1 個。

（三）步驟及要點說明：

步驟	說明
1.勃克氏牽引法的程序	
(1)準備用物	
A. (A) 向病人解釋目的及步驟。	適應症：股骨頭骨折、髌骨骨折、髌關節脫位。 禁忌症：糖尿病性壞疽、鬱積性皮膚炎、動脈硬化及嚴重的靜脈曲張。
(B) 檢查肢體皮膚有無破損處並記錄。	可供牽引後做比較。
B. 牽引前作患肢神經血管功能評估： (A) 測量足背動脈。 (B) 皮膚溫度、顏色並與健肢比較。 (C) 評估患肢是否有麻木、感覺降低、疼痛或趾頭活動度改變。	
C. 將病人肢置於正常解剖位置，並拉向床尾。取皮膚牽引帶，其末端木板置於病人腳底。	
D. 取彈性繃帶由腳踝上一吋處往上繞（避免壓到跟腱），施力要平均，且每一層要重疊 2/3。	
E. 牽引繩由方形板拉到牽引架之滑輪。	
F. 依醫囑綁上砂包。	
G. 患肢與牽引繩保持一直線，腳下可墊一枕頭，預防腳跟受壓迫，繩上不可有任體，砂包不可靠住其他東西。	保持一直線以維持正確拉力，抬高患肢以預防腳跟受壓迫。
H. 填寫記錄包括：患肢末端顏色、血液循環狀況、牽引重量及時間。	
(2)注意事項：	
A. 每天觀察皮膚狀況：皮膚癢、紅、腫脹、起水泡等。	
B. 觀察有無皮膚受壓或末梢血循不良的徵象：疼痛、發麻、變冷、蒼白、腫脹、足背動脈脈搏強度下降。	
C. 觀察有無膝膕神經受壓徵象：小腿及	

主題名稱	皮膚牽引	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B26	版本	第 3.3 版	頁碼/總頁數	3/7

步驟	說明
足背疼痛、刺痛、腳趾伸展困難。	
D. 協助病人翻身，以防尾椎或其他部位壓瘡。	(A)協助病人向患側床邊移動。 (B)病人兩腿間夾一枕頭，抬高患肢（護理人員一手放大腿下，一手放於小腿下，以手牽引代替牽引砂袋），兩手往床尾方向拉，以防移動時骨折處疼痛。 (C)上身請病人自行翻動，護理人員及病人必須一致的翻向健側，切勿扭轉。 (D)以枕頭墊患肢，使不致懸空，並以枕頭墊背部，一枕抱於胸前，當病人仍感患肢疼痛時，應再調整所墊之枕頭位置，再重新吊上牽引砂袋。
E. 為避免腿部外旋，可用床單摺成捲軸或砂包置於患腿外側。	
F. 隨時觀察牽引的功能，例如彈性繃帶是否鬆脫，砂包是否掉落或垂在地上。	
G. 每一滑輪上只通過一條繩子，且繩子需綁緊，避免突然鬆開使砂包掉落而震動病人。	
H. 下肢牽引時，可將床尾抬高以避免病人滑向床尾，而且亦可產生反牽引形成拉力。	
I. 所施加的牽引力絕不可超過皮膚的忍受力，如需長期（超過四星期）或較重的牽引，則應使用骨骼牽引而不再用皮膚牽引。	
2. 骨盆牽引法的程序	
(1) 準備用物	
A. 向病人解釋目的及步驟。	
B. 讓病人排空膀胱。	
C. 讓病人平躺床上位於牽引架正中央。	
D. 牽引皮帶置於病人腰下，兩邊中點對齊病人兩側腸骨棘。	
E. 固定好皮帶，鬆緊以可塞入 1-2 指為宜。	
F. 病人採垂頭仰臥式床尾抬高 30 度，以防	

主題名稱	皮膚牽引	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B26	版本	第 3.3 版	頁碼/總頁數	4/7

步驟	說明
G. 病人滑向床尾。	
H. 囑病人屈膝，在膝下墊一枕頭（以不防礙牽引繩的拉力為原則），可使背部平貼，助肌肉鬆弛。	
I. 將牽引繩穿過滑輪，兩邊牽引繩要平行，並吊上砂袋，繩上不可有任何物品壓迫。	
J. 砂袋必需懸空，不可碰到任何物品或搖影響牽引力。	
(2)注意事項	
A. 使用硬質床鋪，或加一硬板，以免床墊下陷，而改變牽引的受力部位。	
B. 牽引時，每次以不超過二小時為原則，牽引結束宜休息 30-60 分鐘，一天不超過四次（一般依醫囑而定）。	
C. 應避免睡眠時間牽引，以免不知不覺中改變姿勢，而有相抵之效果。	
D. 牽引重量，一般以兩邊各三公斤開始，再依病人情形而增加重量，最大量為病患體重的 $1/2-1/3$ 。	
E. 必要時，給予熱敷下腰部 15-30 分鐘，更能增進肌肉鬆弛，達到牽引最大之效果。	

（四）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

五、流程圖

（略）

主題名稱	皮膚牽引	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B26	版本	第 3.3 版	頁碼/總頁數	5/7

六、參考資料

- (一) 袁光霞、林碧珠(2011)・骨骼、肌肉、關節疾病病人的護理・於廖張京棣總校閱，最新實用內外科護理，(下冊，18-03～18-152 頁)・台北市：永大。
- (二) 袁素娟(2013)・肌肉骨骼系統疾病之護理・於劉雪娥總校閱，成人內外科護理，(六版下冊，496-643 頁)・台北市：華杏。
- (三) 鄧崇勵、李素貞、袁光霞、吳依賴(2012)・肌肉骨骼系統病人的護理，內外科護理技術，(七版，413-443)・台北市：華杏。

七、附件

(略)

主題名稱	皮膚牽引	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B26	版本	第 3.3 版	頁碼/總頁數	6/7

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
89.01.31	1.0	新制定。	89 年 01 月 31 日護理部技術標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
100.10.26	2.1	1. 增加用物準備：牽引繩與彈性繃帶。 2. 修改錯別字。	100 年 10 月 26 日護理部技術標準委員會通過。
102.02.20	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.09.29	3.1	1. 第三項部份內容刪修及修正錯別字。 2. 更新第六項參考資料。	104 年 09 月 29 日護理部技術標準委員會通過。
105.09.13	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.09.18	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.10.17	3.2	第二項新增（含中興分院）。	107 年 10 月 17 日護理長會議通過。
108.11.05	3.3	第三項第四日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 16 日護理技術組會議通過； 108 年 10 月 09 日護理長會議通過； 108 年 11 月 05 日督導會議通過公布。
109.09.21	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.09.23	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

