

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	植入暫時性心臟節律器之護理 Embedding temporary Pacemaker Implantation				
編號	A31000-Q05-W-B37	制定者	CCU 呂宥瑾	公布日期	91 年 11 月 30 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	112 年 10 月 17 日
版本/總頁數	第 3.6 版/6 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 09 月 15 日

一、目的

護理人員能正確操作植入暫時性心臟節律器之護理技術。

二、範圍

護理部各單位（不適用單位：NI）。

三、說明

（一）技術目的：

- 1.重覆給予心肌電刺激，以調節心臟的搏動速率，維持身體灌流及供給組織氧氣。
- 2.矯正對其他治療方法沒有反應之心搏過速、過緩。

（二）適應症：

- 1.心收縮不全。
- 2.心臟傳導阻斷：
 - (1)第二度第一型(Mobitz TypeI)、第二型(Mobitz TypeII)房室傳導阻斷。
 - (2)第三度房室傳導阻斷。
 - (3)兩支束分枝阻斷(bifascicular block)。
- 3.心房纖維顫動併有慢緩心室反應。
- 4.心臟手術時預防措施。

（三）用物準備：

- 1.暫時性脈搏發生器 1 台。

主題名稱	植入暫時性心臟節律器之護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B37	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	2/6

2.9V 方形鹼性電池 1 顆。

3.電極導線外套及引導線 1 個。

4.Balloon 暫時性電擊導管。

5.Sheath 皮膜導引器。

6.AR 包 1 包。

7.手術衣包 1 包。

8.無菌手套數付。

9.治療巾 1 包。

10.2% xylocaine1 瓶。

11.塑膠空針(5ml、10ml)各一支。

12.2% Chlorhexidine、大棉棒數包。

13.10x12cmTegaderm 1 片、N/S 及 BI 棉枝（各三枝）。


14.電擊器 1 台。

15.急救車 1 台。

（四）步驟及要點說明：

步驟	說明
1.導管插入前準備：	
(1)洗手。	確認同意書是否簽署完整。
(2)確認病人，向病人及家屬解釋及說明技術過程並填寫同意書。	
(3)核對電腦 HIS 護理系統於護理執行，核對預定執行處方名稱、頻率，於核對狀態核簽"正確"。	
(4)準備暫時性心臟節律器並裝置電池後測試其功能。	同時按 OFF 與 ON 鈕時，Sens 及 Pace 燈會同時亮。
(5)必要時依插入部位作皮膚剃雉。	植入部位有頸部及鼠蹊部。
(6)維持靜脈輸液管路通暢。	
(7)測量病人生命徵象。	
2.導管插入過程：	
(1)將物品置於病人單位旁，將電擊器的導線接上導程然後貼在病人身上並打開電源。	

主題名稱	植入暫時性心臟節律器之護理	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-B37	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	3/6

步驟	說明
(2)協助病人平躺，露出穿刺部位。	
(3)醫師以 2%Chlorhexidine 棉枝做皮膚消毒。	由內往外環狀消毒，直徑約 3 吋 (7.62cm)，每次塗擦應等上次的消毒液風乾後，再塗擦下一消毒液。
(4)協助醫師穿著手術衣及手套，醫師以無菌治療巾佈置無菌區。	
(5)將其他用物置於無菌區中。	
(6)協助醫師以 5c.c.空針抽 2%Xylocaine 作皮膚局部麻醉。	
(7)協助醫師抽生理食鹽水潤濕外管。	
(8)導管插入時注意觀察 EKG。	觀察 EKG 有無心律不整，如 VT、VF。
(9)待導管放入右心室尖部的心肌小樑後，將電極導管近端處與心臟節律器之導線正極接正極，負極接負極，打開電源讓脈搏發生器運轉。	
(10)依醫囑調整 rate、output 及 sensitivity，並觀察 EKG 是否出現釘狀波(Spike)。	 Rate：60-90 次／分 Output：3-5mA Sensitivity：0.5-1.5
(11)以 2%Chlorhexidine 棉枝消毒插入部位，再以 10x12cm Tegaderm 覆蓋，膠帶固定體外管子。	1.防病人移動導致脫出或拉扯。 2.若傷口有滲血或滲液則以大紗覆蓋。
3.導管插入後護理：	
(1)協助病人恢復姿勢，穿妥衣服。	
(2)將心臟節律器蓋子蓋好，以紗條固定於適當位置。	放置在明顯的位置。
(3)整理用物並歸回原位、洗手。	
(4)記錄插入部位、插入深度，設定 rate、output 及 sensitivity。	觀察病人的反應及狀況（有無出血）。
(5)協助照 X-ray，確定放置是否適當。	
(6)測量生命徵象、心電圖監視。	
(7)當放置鼠蹊部時病人須平躺，不可過度彎曲患側肢體。	
(8)持續心電圖監視。	
(9)傷口護理：七天更換 Tegaderm。	1.觀察有無感染現象，必要時依照醫囑給予抗生素。 2.若是紗布覆蓋則每天換藥。

主題名稱	植入暫時性心臟節律器之護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B37	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	4/6

步驟	說明
(10)經常檢查機器功能及觀察病人反應，避免接觸不良影響其功能，每班列印 EKG，波型粘貼於報告、圖片黏貼紙上。	
(11)執行電腦 HIS 護理系統於執行狀態按"已執行"。	

(五) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	植入暫時性心臟節律器之護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B37	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	5/6

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
91.11.30	1.0	新制定	91 年 11 月 30 日 護理部技術標準委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
100.10.26	2.1	增加說明：植入部位有頸部及鼠蹊部	100 年 10 月 26 日 護理部技術標準委員會通過
102.02.20	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
102.08.07	3.1	說明內容備註 ICU 單位：chlorhexidine 消毒	102 年 08 月 07 日 護理部技術標準委員會通過
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.09.16	3.2	說明(三)用物準備及(四)步驟及要點說明部份內容更新	103 年 09 月 16 日 護理部技術標準委員會通過
104.09.29	3.3	1. 第三項說明內容 HIS2008 一律統稱為 HIS 系統。 2. 更新第六項參考資料。	104 年 09 月 29 日 護理部技術標準委員會通過
105.09.13	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.09.18	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.11.05	3.4	第三項第五日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 16 日護理技術組會議通過； 108 年 10 月 09 日護理長會議通過；108 年 11 月 05 日督導會議通過公布。
109.09.21	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	植入暫時性心臟節律器之護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B37	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	6/6

修正日期	版本	修正說明	備註
110.10.19	3.5	第三項第四目之 1(1)新增「確認同意書是否簽署完整」。	110 年 09 月 23 日護理技術組會議通過；110 年 10 月 13 日護理長會議通過；110 年 10 月 19 日督導會議通過公布。
111.09.19	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.10.17	3.6	1. 第二項範圍新增不適用單位：NI。 2. 第三項第三目用物準備內容修訂。 3. 第三項第四目步驟及要點說明之 2.-3.內容修訂。	112 年 09 月 18 日護理技術組會議通過；112 年 10 月 11 日護理長會議通過；112 年 10 月 17 日督導會議通過公布。
113.09.23	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.09.15	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	