

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	靜脈留置針之拆除 Remove Venous Catheter Technology				
編號	A31000-Q05-W-B38	制定者	N13 沈佳安	公布日期	92 年 11 月 30 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 01 月 06 日
版本/總頁數	第 3.8 版/5 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 01 月 06 日

一、目的

護理人員能正確操作靜脈留置針之拆除技術。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）技術目的：

- 1.以安全方式拆除靜脈留置針。
- 2.避免拆除靜脈留置針時，造成病人與自己的傷害。

（二）用物準備：

- 1.無菌紗布或酒精棉片(皮膚無過敏者使用)。
- 2.透氣膠帶 1 卷。
- 3.繃帶剪刀或安全剪刀（鈍頭的剪刀）。
- 4.尖銳物收集盒。

（三）步驟及要點說明：

步驟	說明
1.洗手。	
2.準備用物。	
3.將備好之用物帶至病人單位或治療室，辨識病人（至少二種以上方法），向病人及家屬解釋靜脈留置針之拆除原因。	確認病人身份包括：詢問病人姓名、出生年月日等，無法應答者則由家屬（照顧者）說出姓名或核對病歷資料（床頭卡）並核對手圈。
4.向病人及家屬解釋拆除靜脈留置針之原因。	1.拆除靜脈留置針之原因，如：滲漏、血液凝固或阻塞、靜脈炎、靜脈留置針之留置時間

主題名稱	靜脈留置針之拆除	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B38	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	2/5

步驟	說明
	到期、病人即將出院等。 2.若為滲漏或靜脈炎，應於拆除靜脈留置針後，腫脹處依醫囑或視狀況冰敷。
5.將點滴輸液管路之開關完全關閉。	
6.若看不到手指或腳趾，須先將固定之透氣膠帶用手撕開至看到手指或腳趾。	尤其小兒科更應特別注意。
7.用繃帶剪刀由病人肢體的近心端向遠心端剪開固定之透氣膠帶。	1.在剪開固定之透氣膠帶時，應以慣用之手持繃帶剪刀，另一手壓住病人之手指或腳趾，使該處皮膚緊繃避免傷害。 2.必要時可請家屬幫忙固定其肢體。
8.為減輕病人之疼痛不適，一手固定留置針針座，另一手沿著敷料周邊向中心輕輕撕開 OP-site 與紙膠至看到靜脈留置針。	若意識不清，躁動病人需經適當約束安撫穩定後才拔除。
9.（拿棉球壓住針孔處，再將靜脈留置針拔出）以一手持無菌紗布，蓋住注射部位，以另一慣用手，持針座與穿刺方向相反迅速將針頭抽出。	
10.貼上透氣膠帶，並請病人或家屬靜脈留置針拔出部位加壓 5-10 分鐘（視病人情況而定），不可揉，以免血腫。	若拔出靜脈留置針時有血跡滴在紗布上，應予更換一塊紗布後再貼上透氣膠帶。
11.將用物及拆除之點滴空瓶及靜脈輸液管等整套靜脈輸液用物帶回準備室，並依垃圾分類處理。	
12.整理用物並歸位。	
13.洗手。	
14.記錄。	

（四）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

主題名稱	靜脈留置針之拆除	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B38	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	3/5

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 熊乃歡(2022)・靜脈輸液相關問題之護理・於蘇麗智等編著，實用基本護理學（九版，322-323）・華杏出版。

七、附件

(略)

主題名稱	靜脈留置針之拆除	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B38	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	4/5

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
92.11.30	1.0	新制定。	92 年 11 月 30 日護理部技術標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
100.10.26	2.1	酒精棉球改乾棉球。	100 年 10 月 26 日護理部技術標準委員會通過。
102.02.20	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
102.08.07	3.1	說明用物準備針頭回收盒改尖銳物收集盒。	102 年 08 月 07 日護理部技術標準委員會通過。
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.09.29	3.2	1. 第三項說明內容部份修辭。 2. 更新第六項參考資料。	104 年 09 月 29 日護理部技術標準委員會通過。
105.09.13	3.3	1. 修正第三項第(三)目之 3 病人辨識說明。 2. 第三項第(三)目之 4 說明 2 刪除黃藥水。	105 年 09 月 13 日護理部技術標準委員會通過。
106.09.18	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.10.17	3.4	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第二目之 1 新增說明。 3. 第三項第三目步驟及要點說明：新增說明內容。	107 年 10 月 17 日護理長會議通過。
108.11.05	3.5	第三項第四日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 16 日護理技術組會議通過； 108 年 10 月 09 日護理長會議通過； 108 年 11 月 05 日督導會議通過公布。

主題名稱	靜脈留置針之拆除	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B38	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	5/5

修正日期	版本	修正說明	備註
109.10.20	3.6	第三項第三目之 8 新增說明文字。	109 年 09 月 21 日護理技術組會議通過；109 年 10 月 14 日護理長會議通過；109 年 10 月 20 日督導會議通過公布。
110.09.23	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.09.19	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.09.18	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.12.17	3.7	第三項第三目步驟 10.新增：靜脈留置針拔出部位加壓 5-10 分鐘（視病人情況而定）。	113 年 09 月 23 日護理技術組會議通過；113 年 12 月 11 日護理長會議通過；113 年 12 月 17 日督導會議通過公布。
115.01.06	3.8	1.第三項第三目步驟 8.刪除：一手以完全平行的方式撕開固定之透氣膠帶，新增：另一手沿著敷料周邊向中心輕輕撕開 OP-site 與紙膠。 2.第六項參考資料修訂。	114 年 09 月 15 日護理技術組會議通過；114 年 12 月 10 日護理長會議通過；115 年 01 月 06 日督導會議通過公布。