

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	間接胎心音測量 Indirect Measurement of Fetal Heartbeat				
編號	A31000-Q05-W-C10	制定者	R9 洪映廷	公布日期	89 年 01 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 04 月 07 日
版本/總頁數	第 3.7 版/6 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 04 月 07 日

一、目的

護理人員能正確操作間接胎心音測量技術。

二、範圍

護理部婦產科、產房。

三、說明

（一）技術目的：

用 Doppler 或胎兒監視器測量胎兒心跳次數，以了解胎兒狀況。

（二）用物準備：

- 1.Doppler 或胎兒監視器。
- 2.Jelly。
- 3.衛生紙。

（三）步驟及要點說明：

步驟	說明
1.辨識病人（孕產婦）（至少二種以上方法），向病人及家屬解釋胎心音測量的過程。	確認病人（孕產婦）身份包括：詢問病人姓名、出生年月日等，無法應答者則由家屬（照顧者）說出姓名或核對病歷資料（床頭卡）並核對手圈。
2.洗手及準備用物。	
3.詢問並協助孕產婦排空膀胱。	
4.拉圍簾或關門，協助維持隱私權。	
5.協助孕產婦平躺，並稍微抬高床頭。	

主題名稱	間接胎心音測量	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-C10	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	2/6

步驟	說明
6.將衣服拉上，蓋到劍突處，露出腹部和恥骨聯合上部，並以床單或毛巾適當遮蓋孕產婦下半身。	
7.以腹部四段式觸診確定胎兒背部位置。	
8.測量胎心音	
(1)使用都譜勒胎兒監視器(Doppler)	
A. 將 Jelly 塗擦在探頭。	
B. 將 Doppler 的電源開關打開。	
C. 將接聽器置於孕婦腹部欲聽診部位偵測胎兒心跳（離胎兒心臟最近處）。	
D. 調整音量大小。	
E. 測量 1 分鐘。	正常胎心音約 120-160 次/min。
F. 測量完畢後，將探頭面及孕產婦腹部使用衛生紙擦去 Jelly。	
(2)使用胎兒監視器(Fetal Monitor)	
A. 將監視器電源插上、感應器連接於機器上，檢查有無記錄紙張。	
B. 將胎心音感應器塗 Jelly 放置於待產婦的腹部，且為胎兒背部的位置，確定有胎兒心跳，並以固定帶固定。	避免綁太緊，造成產婦不適。 

主題名稱	間接胎心音測量	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-C10	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	3/6

步驟	說明
C. 調整音量大小，確定螢幕上數字顯示正確且有規律性。	
D. 將宮縮感應器放置在子宮底部兩橫指，選擇較平坦處，並以固定帶固定。	
E. 調整宮縮壓力的基準線於 20 mmHg 處。	
F. 填寫孕產婦的資料於記錄紙前端。	
9.測量完畢後	
(1)將胎心音感應器及孕產婦腹部使用衛生紙擦去 Jelly。	
(2)協助孕產婦整理衣物及被蓋。	
(3)向孕產婦解釋測量結果。	
(4)洗手。	
(5)記錄孕產婦反應、子宮收縮情形、胎心音次數、胎動。	

(四) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(一) 余玉眉、周雨樺、蕭仔伶、何美華、孫瑞瓊、林淑玲、黃樹欽、陳怡靜、徐莞雲

(2020)．產科護理學（十版）．台北：新文京。

(二) 陳映如、楊金蘭、李小璐、楊麗絨、黃慧新、陳嘉雯 (2023)．產科護理技術手冊．

主題名稱	間接胎心音測量	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-C10	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	4/6

台北：永大。

(三) 余玉眉、周雨樺、蕭仔伶、何美華、黃樹欽、孫瑞瓊、林淑玲、吳婉如、陳怡靜、徐莞雲、張靖梅、吳寶觀、劉麗君、陳恩惠、蔡旭美、蔡昀芮、傅雅麟、孫惠玲、侯本昕 (2022)·產科護理學(十一版)·台北：新文京。

七、附件

(略)

主題名稱	間接胎心音測量	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-C10	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	5/6

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
89.01.31	1.0	新制定。	89 年 01 月 31 日護理部技術標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
100.12.14	2.1	刪除胎心音聽筒，本院無此儀器。	100 年 12 月 14 日護理部技術標準委員會通過。
101.10.03	2.2	說明（三）步驟及要點說明：增加用物準備。	101 年 10 月 03 日護理部技術標準委員會通過。
102.02.20	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.12.16	3.1	新增參考資料。	103 年 12 月 16 日護理部技術標準委員會通過。
104.12.15	3.2	更新第六項參考資料。	104 年 12 月 15 日護理部技術標準委員會通過。
105.12.20	3.3	1. 修正第三項第(三)目之 1 病人辨識說明。 2. 第三項步驟及要點說明內容部份增修及新增圖片。	105 年 12 月 20 日護理部技術標準委員會通過。
106.12.18	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.12.16	3.4	第三項第四日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 12 月 09 日護理技術組會議通過； 108 年 12 月 11 日護理長會議通過；108 年 12 月 16 日督導會議通過公布。

主題名稱	間接胎心音測量	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-C10	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	6/6

修正日期	版本	修正說明	備註
109.12.14	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.03.08	3.5	更新第六項參考資料。	110 年 12 月 13 日護理技術組會議通過； 111 年 01 月 12 日護理長會議通過；111 年 03 月 08 日督導會議通過公布。
112.03.07	3.6	第六項參考資料修訂。	111 年 12 月 19 日護理技術組會議通過； 112 年 02 月 08 日護理長會議通過；112 年 03 月 07 日督導會議通過公布。
112.12.19	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.12.16	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
115.04.07	3.7	1.修正第三項第(三)目之 8 測量胎心音。 2.第六項參考資料修訂。	114 年 12 月 15 日護理技術組會議通過； 115 年 03 月 18 日護理長會議通過；115 年 04 月 07 日督導會議通過公布。