

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	藥用冰箱評核表	編號	A31000-Q07-F-002
	制定 單位	護理部	版本	第 2.8 版
			修正日期	113 年 01 月 11 日
			頁數/總頁數	1/1

一、評核對象：單位的藥用冰箱（含中興分院）。

二、評核方式：實地查核。

三、評核內容：

1. 冰箱內部及外觀清潔。
2. 冰箱內擺放整齊。
3. 冰箱未儲存食物。
4. 每班確實監測記錄冰箱溫度。
5. 冰箱溫度維持 2-8℃，超出時有異常處置紀錄。
6. 冰箱溫度計外觀完好無破損，並直立放置於藥用冰箱內第一層，勿放置冰箱出風口，以避免產生誤差值。
7. 冰箱溫度計貼有每年校驗合格貼紙。
8. 冰箱外貼有需冷藏藥物注意事項。
9. 冰箱內剩餘藥標示完整，即註明床號、姓名、稀釋量、稀釋日期、開瓶時間及到期日（有效年、月、日及時間）。
10. 冰箱內常備藥物註明開瓶日及到期日。
11. 冰箱內已抽藥之空針使用空針塑膠套套住，並標示床號、姓名、藥物劑量、抽藥日期、時間。
12. 冰箱內無室溫儲存之藥品（胰島素排除）。

單位：_____

評核者：_____

日期	被評核者	床號	評 核 內 容												正確率 (%)	備註
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

註： 1.正確：以 V 表示 2.不正確：以 X 表示 3.不適用：以一表示

4.正確率(%)：【正確項數(V)/實際評核總項數(V+X)】×100%