

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	急救車設備評核表	編 號	A31000-Q07-F-015
			版 本	第 3.0 版
	制定 單位	護理部	修正日期	113 年 01 月 11 日
			頁數/總頁數	1/1

一、評核對象：各單位護理人員（含中興分院）（不適用單位：OR、IR）。

二、評核方式：實地查核急救車與點班本。

三、評核內容：

- 急救車按照標準放置在護理站定點。
- 急救設備按照每一項標準放置急救車上。
- 急救藥物無過期〈有高警訊藥物標示，藥物有效期限要大於 6 個月〉。
- 急救物品無過期〈有效期限要大於 2 個月〉。
- 急救物品數量需與單位設置的基本數量一致。
- 無其他物品放置急救車〈須依急救車配備表放置〉。
- 急救車活動功能良好，可靈活推動、藥櫃易打開、抽屜易開啟。
- 急救設備功能良好：
 - 喉頭鏡功能良好(確定鏡柄、鏡葉接觸良好及光線刺眼)。
 - 筆燈燈光充足。
 - 小量氧氣筒氧氣量充足〈氧氣壓力計至少需大於 500PSI 或大於 35kg/cm²〉。
- 急救車無上鎖單位（如：ER、ICU、RCC），請按三班逐項清點急救車藥品及設備，並記錄於點班本；急救車上鎖單位，平時應保持上鎖，三班點班如未開鎖，則在點班本上畫直線，並填寫鎖碼及簽名。
- 每月月底由負責管理者與單位主管進行藥物及設備總盤點，確認基數相符後，於點班本簽名紀錄。

單位：_____

評核者：_____

日期	被評核者	床號	評核內容												正確率 (%)	備註
			1	2	3	4	5	6	7	8a	8b	8c	9	10		

註： 1.正確：以 V 表示 2.不正確：以 X 表示 3.不適用：以一表示

4.正確率(%)：【正確項數(V)/實際評核總項數(V+X)】×100%