

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	護理單位器械管理評核表	編號	A31000-Q07-F-018
	制定 單位	護理部	版本	第 3.1 版
			修正日期	113 年 04 月 09 日
			頁數/總頁數	1/1

一、評核對象：護理人員、單位器械放置處（含中興分院）。

二、評核方式：

1. 實地觀察。
2. 請護理人員回答相關問題。

三、評核內容：

1. 查核器械放置處：

- a. 無菌器械儲存位置固定且密閉，避免潮濕。
- b. 無菌器械日期優先到期者放置前面，優先使用拿取方向：由左至右，由前至後。
- c. 櫃內無過期的無菌器械。
- d. 無菌物品的儲存無擠壓
- e. 無菌物品的儲存無彎曲
- f. 無菌物品的儲存無包裝破損。

2. 查核護理人員：護理人員知道無菌器械滅菌後有效日期

- a. 高壓包布類為 7 天、高壓管袋類為 3 個月
- b. 環氧乙烷(EtO)管袋類為 6 個月。
- c. H₂O₂ 電漿滅菌管袋類為 18 個月、H₂O₂ 電漿滅菌不織布類為 1 個月、硬式器械盒為 1 個月
(此三項為供應中心及開刀房適用)。

單位：_____

評核者：_____

日期	被評核者	床號	評 核 內 容									正確率 (%)	備註
			1a	1b	1c	1d	1e	1f	2a	2b	2c		

註： 1.正確：以 V 表示 2.不正確：以 X 表示 3.不適用：以一表示

4.正確率(%)：【正確項數(V)/實際評核總項數(V + X)】×100%