

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	血液透析管路銜接及固定位置 評核表	編號	A31000-Q07-F-045
			版本	第 1.3 版
	制定 單位	護理部	修正日期	113 年 07 月 09 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：血液透析護理師。

適用單位：血液透析室。

二、評核方式：

實際查核血液透析病人管路管路銜接及固定位置。

三、評核內容：

1. 實際查核血液透析病人血管通路固定位置：

動靜脈瘻管穿刺針針眼以 2X2 紗布覆蓋，穿刺針之蝶翼、透析管路及紗布以紙膠固定；暫時性雙/參腔導管或希克曼氏導管銜接處以 3X3 紗布覆蓋，並以紙膠固定，如附件圖一。

2. 實際查核血液透析病人血管通路與血液迴路管銜接及固定位置：

動脈端（離心端）與血液迴路管動脈端（紅色）銜接，並將小螺旋蓋旋緊；靜脈端（回心端）與血液迴路管靜脈端（藍色）銜接，並將小螺旋蓋旋緊，如附件圖二。

3. 實際查核血液透析病人血液迴路管以管路固定夾，固定於床單，且勿垂掉在地板上，如附件圖三。

4. 實際查核人工腎臟動脈端與血液迴路管動脈端（紅色）及透析液出水端（紅色）銜接正確並旋緊、人工腎臟靜脈端與血液迴路管靜脈端（藍色）及透析液入水端（藍色）銜接正確並旋緊；銜接肝素之管路與肝素空針銜接正確並旋緊，如附件圖四。

單位：_____

評核者：_____

日期	被評核者	床號	評 核 內 容				正確率 (%)	備註
			1	2	3	4		

註： 1.正確：以 V 表示 2.不正確：以 X 表示 3.不適用：以一表示

4.正確率(%)：【正確項數(V)/實際評核總項數(V+X)】×100%





中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	血液透析管路銜接及固定位置 評核表	編號	A31000-Q07-F-045
			版本	第 1.3 版
	制定單位		修正日期	113 年 07 月 09 日
			頁數/總頁數	2/2

附件

病人姓名：

病歷號碼：

床號：

 動靜脈瘻管穿刺針針眼以 2X2 紗布覆蓋，穿刺針之蝶翼、透析管路及紗布以紙膠固定，如左圖。  暫時性雙/參腔導管或希克曼氏導管銜接處以 3X3 紗布覆蓋，並以紙膠固定，如左圖。	 1.動脈端(離心端)與血液迴路管動脈端(紅色)銜接，並將小螺旋蓋旋緊，如左圖。 2.靜脈端(回心端)與血液迴路管靜脈端(藍色)銜接，並將小螺旋蓋旋緊，如左圖。 
圖一	圖二
 血液迴路管以管路固定夾，固定於床單，且勿垂掉在地板上，如左圖。	人工腎臟動脈端與血液迴路管動脈端(紅色)及透析液出水端(紅色)銜接正確並旋緊，如圖示。 銜接肝素之管路與肝素空針要旋緊並固定正確，如圖示。 人工腎臟靜脈端與血液迴路管靜脈端(藍色)及透析液入水端(藍色)銜接正確並旋緊，如圖示。 
圖三	圖四