

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	病房安靜度評核表	編號	A31000-Q09-F-013
	制定單位	護理部	版本	第 2.7 版
			修正日期	113 年 05 月 21 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：各單位護理人員（不適用單位：PSY）。

二、評核方式：

1. 實際觀察法。

2. 分貝機測量。

三、評核內容：

1. 音量控制在 60 分貝以下，兩人說話音量以第 3 人距離 3 公尺聽不到為原則。

2. 除晚間 10 點至清晨 5 點，音響及電腦音量以距離 3 公尺聽不到為原則外，其餘時間皆需關閉音效播放。

3. 叫人鈴需在 10 秒內接聽。

4. 電話鈴聲應在 5 聲內接聽。

5. 儀器（如：呼吸器、輸液幫浦、生理監視器...等）警示音，需在 10 秒內按壓靜音並做處理。

※備註：測量時間以早上 9 點至 11 點為主，每次請測量噪音分貝量 2 次，取其平均值，2 次測量時間至少間隔 1 分鐘。

稽核日期： 年 月 日

稽核員：_____

被稽核 單位	量測 時間	評核內容							單位簽名
		1			2	3	4	5	
		量測分貝	平均值	聲音來源					
例 ND	10Am	58/60	59	督導交談	－	✓	✓	－	林○○
第三加護 SI		/							
第一加護 MI		/							
第二加護 CCU		/							
N08		/							
N09		/							
N10		/							
N11		/							
N12		/							
N13		/							
N14		/							
N15		/							
N16		/							
N17		/							

註： 1.正確：以 V 表示 2.不正確：以 X 表示 3.不適用：以一表示

4.稽核人員至單位稽核後告知單位同仁正確項目及不正確項目，單位同仁簽名後需一併告知該單位主管稽核結果。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	病房安靜度評核表	編 號	A31000-Q09-F-013
	制定 單位		版 本	第 2.7 版
		護 理 部	修正日期	113 年 05 月 21 日
			頁數/總頁數	2/2

一、評核對象：各單位護理人員（不適用單位：PSY）。

二、評核方式：

1. 實際觀察法。
2. 分貝機測量。

三、評核內容：

1. 音量控制在 60 分貝以下，兩人說話音量以第 3 人距離 3 公尺聽不到為原則。
2. 除晚間 10 點至清晨 5 點，音響及電腦音量以距離 3 公尺聽不到為原則外，其餘時間皆需關閉音效播放。
3. 叫人鈴需在 10 秒內接聽。
4. 電話鈴聲應在 5 聲內接聽。
5. 儀器（如：呼吸器、輸液幫浦、生理監視器...等）警示音，需在 10 秒內按壓靜音並做處理。

※備註：測量時間以早上 9 點至 11 點為主，每次請測量噪音分貝量 2 次，取其平均值，2 次測量時間至少間隔 1 分鐘。

稽核日期： 年 月 日

稽核員：_____

被稽核 單位	量測 時間	評核內容							單位簽名
		1			2	3	4	5	
		量測分貝	平均值	聲音來源					
例 ND	10Am	58/60	59	督導交談	—	✓	✓	—	林○○
M09		/							
M08									
RCC		/							
緩和		/							
R7-DR		/							
第五加護 (PI+NI+IR)		/							
R9-Obs		/							
R10		/							
R11		/							
R12		/							
R13		/							
R14		/							

註： 1.正確：以 V 表示 2.不正確：以 X 表示 3.不適用：以一表示

4.稽核人員至單位稽核後告知單位同仁正確項目及不正確項目，單位同仁簽名後需一併告知該單位主管稽核結果。