

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	緊急防災箱管理標準評核表	編號	A31000-Q07-F-031
			版本	第 1.3 版
	制定 單位	護理部	修正日期	104 年 12 月 22 日
			頁數/總頁數	1/1

一、適用範圍：各護理站。

二、評核方式：

1. 請護理人員回答相關問題。
2. 實地觀察。

三、評核內容：

1. 雙月查核緊急防災箱用品基數及功能。
2. 基數查核選項包含正確與不正確，若基數不正確則調整為正確基數。
3. 功能確認選項包含功能良好、電池電量不足，更換新電池、內容物已損壞，並將品項列出、更新內容物。
4. 無線電對講機應放置在各護理單位的固定位置。
5. 無線電對講機應每月查核並記錄在無線電對講機自主檢查表。
6. 稽核人員簽名並由護理長確認。

單位：_____

評核者：_____

日期	被評核者	床號	評 核 內 容						正確率 (%)	備註
			1	2	3	4	5	6		

註： 1.正確：以 V 表示 2.不正確：以 X 表示 3.不適用：以一表示
 4.正確率(%)：【正確項數(V)/實際評核總項數(V+X)】×100%