

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	護理單位氧氣鋼瓶管理標準評核表	編號	A31000-Q09-F-032
	制定單位	護理部	版本	第 1.7 版
			修正日期	114 年 04 月 08 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：護理單位氧氣鋼瓶。

二、評核方式：實際觀察法。

三、評核內容：

1. 儲放位置避免吸菸、火源處，置放處應有「嚴禁煙火」標誌。
2. 氧氣鋼瓶需放置於推送架或氧氣專用木櫃中採直立式存放，以避免傾倒之危險，儲放在涼爽、無日曬處。
3. 氧氣鋼瓶外掛上「可用」標示，氧氣若已不敷使用（氧氣壓力計約小於500 PSI或小於35kg/cm²），則於氧氣鋼瓶外掛上「空」標示。
4. 每支氧氣鋼瓶上皆需懸掛「氧氣桶壓力與使用量參考值」之參考資料表（繫於流量表上），以利醫護人員轉送病人時，推估氧氣剩餘使用時間。
5. 氧氣鋼瓶貼有合格檢驗標章（識別環）。

稽核日期： 年 月 日

稽核員：_____

被稽核單位	評 核 內 容					單位簽名
	1	2	3	4	5	
ER						
HD						
第一加護病房 MI						
第二加護病房 CCU						
第三加護病房 SI						
N8						
N9						
N10						
N11						
N12						
N13						
N14						
N15						
N16						
N17						
OPD						

註： 1.正確：以 V 表示 2.不正確：以 X 表示 3.不適用：以一表示
 4.稽核人員至單位稽核後告知單位同仁正確項目及不正確項目，單位同仁簽名後需一併告知該單位主管稽核結果。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	護理單位氧氣鋼瓶管理標準評核表	編號	A31000-Q09-F-032
	制定單位	護理部	版本	第 1.7 版
			修正日期	114 年 04 月 08 日
			頁數/總頁數	2/2

一、評核對象：護理單位氧氣鋼瓶。

二、評核方式：實際觀察法。

三、評核內容：

1. 儲放位置避免吸菸、火源處，置放處應有「嚴禁煙火」標誌。
2. 氧氣鋼瓶需放置於推送架或氧氣專用木櫃中採直立式存放，以避免傾倒之危險，儲放在涼爽、無日曬處。
3. 氧氣鋼瓶外掛上「可用」標示，氧氣若已不敷使用（氧氣壓力計約小於500 PSI或小於35kg/cm²），則於氧氣鋼瓶外掛上「空」標示。
4. 每支氧氣鋼瓶上皆需懸掛「氧氣桶壓力與使用量參考值」之參考資料表（繫於流量表上），以利醫護人員轉送病人時，推估氧氣剩餘使用時間。
5. 氧氣鋼瓶貼有合格檢驗標章（識別環）。

稽核日期： 年 月 日

稽核員：_____

被稽核單位	評 核 內 容					單位簽名
	1	2	3	4	5	
緩和						
RCC						
PSY						
M8						
M9						
OR						
R7-DR						
第五加護病房 PI						
第五加護病房 NI						
IR						
嬰兒室						
R9						
R10						
R11						
R12						
R13						
R14						

註： 1.正確：以 V 表示 2.不正確：以 X 表示 3.不適用：以一表示

4.稽核人員至單位稽核後告知單位同仁正確項目及不正確項目，單位同仁簽名後需一併告知該單位主管稽核結果。