

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	點班本管理辦法 Supplies and Equipment Checklist Management Policies and Procedures				
	編號	制定者	公布日期	修正日期	檢閱日期
	A31000-Q09-P-024	N15 王素鴻	99 年 01 月 25 日	108 年 09 月 23 日	114 年 09 月 23 日
	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	
版本/總頁數	第 3.5 版/4 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	

一、目的

確保藥物、醫材儀器、各項設備與圖書品項、數目與功能正常，使點班本的使用、管理有所依循，發揮其最大效能設立此管理辦法。

二、範圍

各護理站之點班本（含中興分院）。

（排除單位：開刀房因儀器、器械總類繁多，所以不適用）

三、說明

（一）點班本依其特性，分門別類。

（二）點班本依三班需求設置，包含白班、小夜、大夜。

（三）點班本內容應包含品項及數量，視需要增加功能測試。

（四）點班本統一使用 A4 紙張規格，並依照統一格式設置，點班後將數量填寫完整後，於最下方處簽名，以示負責；若有欠缺的品項需向上一班確認後，註明欠缺品項與數量或說明原因，以利交接。

（五）分類：

1. 點班本須依主題分類，如表一，可以 A 本、B 本、C 本、D 本等方式編碼區分，如管制藥品點班本(A)--、常備藥物點班本(B)--；急救設備與藥物點班本(C)---等，之後依單位需求設置子項目。
2. 醫材儀器點班本例如：DC shock、IV pump、三合一 monitor 等。
3. 單位特殊性點班可納入醫材設備點班本，如醫材設備點班本 HEPA。

主題名稱	點班本管理辦法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q09-P-024	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	2/4

表一

點班本	
A.管制藥品點班本	E.醫材儀器點班本
B.常備藥物點班本	F.圖書點班本
C.急救設備與藥物點班本	G.防災點班本
D.器械點班本	

(六) 點班本統一使用病歷夾(病歷封套)做固定與存放，病歷夾(病歷封套)損壞時請更新。

(七) 點班本應於次月 10 號前彙整、確認完成。

(八) 點班本文件至少保留 3 個月。

(九) 電擊器測試每日查核表需保留 6 個月。

(十) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	點班本管理辦法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q09-P-024	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	3/4

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
99.01.25	1.0	新制定。	99 年 01 月 25 日護理部環境安全組委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
101.10.25	2.1	1.將兩點目的重新整合在一起。 2.第三項第六目加註（病歷封套）。	101 年 10 月 25 日護理部環境安全組委員會通過。
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
102.10.30	3.1	說明(五)分類:急救設備與藥物點班本(A)改成(C)。	102 年 10 月 30 日護理部環境安全組委員會通過。
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.10.28	3.2	將說明(五)分類中的點班本說明與表一寫法做統一。	103 年 10 月 28 日護理部環境安全組委員會通過。
104.10.27	3.3	第三項第(九)目內容修正：原 DC SHOCK 點班本保留 6 個月；改為電擊器測試每日查核表需保留 6 個月。	104 年 10 月 27 日護理部環境安全組委員會通過。
105.08.23	3.4	第三項第(五)目之 1 部份內容刪修。	105 年 08 月 23 日護理部環境安全組委員會通過。
106.08.22	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.08.20	3.5	1.第二項新增（含中興分院）。 2.第三項第三目贅字刪除。 3.第三項第十日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 08 月 20 日環境安全組會議通過； 108 年 09 月 11 日護理長會議通過； 108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。
109.08.25	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

