

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	緊急防災箱管理標準 Emergency Disaster Box Management Policies and Procedures				
編號	A31000-Q09-P-031	制定者	SI 朱卉愉	公布日期	100 年 08 月 25 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	108 年 01 月 22 日
版本/總頁數	第 2.4 版/4 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 12 月 23 日

一、目的

為確保護理人員正確使用緊急防災箱，特制訂本辦法。

二、範圍

各護理站（含中興分院）。

三、說明

- （一）雙月查核緊急防災箱用品基數及功能。
- （二）基數查核選項包含正確與不正確，若基數不正確則調整為正確基數。
- （三）功能確認選項包含功能良好、電池電量不足，更換新電池、內容物已損壞，並將品項列出、更新內容物。
- （四）無線電對講機應放置在各護理單位的固定位置，並建議可插在充電座上以確保緊急使用時有電力供應。
- （五）無線電對講機應每月查核並記錄在無線電對講機自主檢查表。
- （六）稽核人員簽名並由護理長確認。
- （七）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

- （一）緊急防災箱基數功能查核表（編號：A31000-Q16-F-B13）。
- （二）無線電對講機自主檢查表（編號：21B010-000-F-038）。

主題名稱	緊急防災箱管理標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q09-P-031	版本	第 2.4 版	頁碼/總頁數	2/4

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	緊急防災箱管理標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q09-P-031	版本	第 2.4 版	頁碼/總頁數	3/4

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
100.08.25	1.0	新制定。	100 年 08 月 25 日 護理部環境安全組 委員會通過。
101.10.25	1.1	刪除第三項第四目：無線電對講機應有查核機制 改為無線電對講機應每月查核並記錄之。	101 年 10 月 25 日 護理部環境安全組 委員會通過。
102.02.08	2.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行 年度臨時檢閱。	
103.06.30	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.12.30	2.1	新增第三項第(四)目之內容。	103 年 12 月 30 日 護理部環境安全組 委員會通過。
104.12.22	2.2	1. 修改第三項第(五)目說明內容。 2. 新增第四項使用表單。	104 年 12 月 22 日 護理部環境安全組 委員會通過。
105.12.27	2.3	更新第四項無線電對講機自主檢查表。	105 年 12 月 27 日 護理部環境安全組 委員會通過。
106.12.26	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.12.25	2.4	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第七日本辦法經委員會通過後公布實 施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准 後公布實施。	107 年 12 月 25 日 環境安全組會議通 過;108 年 01 月 09 日護理長會議通 過;108 年 01 月 22 日督導會議通過公 布。
108.12.24	2.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
109.12.29	2.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

