

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	血氧濃度感測儀使用說明評核表 NPB-295	編號	A31000-Q18-F-B05
	制定 單位	護理部	版本	第 1.4 版
			修正日期	109 年 06 月 16 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：護理人員

二、評核方式：護理人員以口述或實際操作

三、廠牌規格：NPB-295

四、血氧濃度感測儀使用說明評核表內容：

(一) 儀器操作步驟及要點說明：

1. 接上電源打開面板上左上角之電源開關 。
2. 按面板下方右側之第一個藍色功能鍵(Light)，打開背光功能。再按住其右側螢幕亮度對比鍵  不放，同時按面板右側之  或  調整設定至螢幕顯示清晰。
3. 按面板左側下方之第一個藍色鍵，螢幕會顯示 SpO₂ 及 pulse rate 之警報上下限值，按  或  可調整其數值。。
4. 按住右上角之  不放，當螢幕顯示 30、60、90、120、Off 等訊息時，按  或  即可調整循環設定警報靜音之期限。
5. 調整警報音量時，按住  不放，直到螢幕顯示 VOL1-10 等訊息，按  或  即可調整警報之音量。
6. 欲檢查病患之數值統計記錄時，按下方 Trend 訊息下之藍色功能鍵，即可觀察 SpO₂ 及 pulse rate 之統計圖形。
7. 按下螢幕下方之 Setup 訊息下之藍色功能鍵，可設定成螢幕全數字顯示及時間之設定。

(二) 異常簡易故障排除方法：

1. 電量不足：檢查電源線與儀器連接是否完整無鬆脫。關閉儀器讓電池充電約10分鐘，然後重新打開儀器，如果錯誤碼仍然出現，關閉儀器繼續充電30分鐘，開機後若依然出現錯誤碼，請通知維修人員。
2. SENSOR DISCONNECTED：檢查連接狀態、更換感應器或電纜。
3. 脈搏搜尋指示圖標亮起超過10秒鐘：檢查感應器用法是否正確，與電線是否連接良好、把感應器在其他人身上測試一下、改變感應器放置的位置、感應器重新清潔擦拭。

(三) 清潔保養注意事項：

1. 以非腐蝕性的日用清潔劑浸濕抹布，輕輕擦拭儀器的表面。
2. 勿將液體噴濺、傾倒到儀器及附件上。
3. 感應器可以使用清水沾濕抹布輕輕擦拭。
4. 電源線及接頭部分請乾燥清潔，以免線路損壞。
5. 定期檢視插頭、電線是否有斷裂現象，若有請提出請修。
6. 儀器上請勿放置物品、食物或液體，避免傾倒造成儀器損壞。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	血氧濃度感測儀使用說明評核表 NPB-295	編 號	A31000-Q18-F-B05
	制定 單位	護理部	版 本	第 1.4 版
			修正日期	109 年 06 月 16 日
			頁數/總頁數	2/2

單位名稱：_____

日期								
被評核者								
評核內容	(一) 儀器操作步驟及要點說明：							
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	(二) 異常簡易故障排除方法：							
	1							
	2							
	3							
	(三) 清潔保養注意事項：							
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	正確率(%)							
	評核者							
	備註							

註：1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 示

3.不適用：以一表示

4.正確率(%)：【正確項數 (V) / 實際評核總項數 (V+X)】× 100%

評核總成績：_____