

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	微電腦呼吸器使用說明評核表 Ventilator Dräger Evita V500	編號	A31000-Q18-F-C28
	制定單位	護理部	版本	第 1.1 版
			修正日期	108 年 06 月 06 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：護理人員（含中興分院）。

二、評核方式：護理人員以口述或實際操作

三、廠牌規格：Ventilator Dräger Evita V500

四、微電腦呼吸器使用說明評核表內容：

（一）儀器操作步驟及要點說明：

1. 開機：按壓開/關機鍵→選擇”New Adult”→進入待機(Standby)畫面。
2. 開始通氣：確認呼吸參數→選擇”Start”→按飛梭旋鈕確認→開始通氣。
3. 啟動氣霧治療：選擇”Nebulization”→選擇霧氣治療時間→開始噴霧。
4. 啟動O2 suction：選擇”O2 suction”→按飛梭旋鈕確認→依序執行100% FiO2 3分鐘、silence 2分鐘、100% FiO2 2分鐘。
5. 關機：按壓開/關機鍵→選擇”Standby”→按飛梭旋鈕確認→再次按壓開/關機鍵→”OK”→按飛梭旋鈕確認→關機。

（二）異常簡易故障排除方法：

1. 出現漏氣警報訊息時，確認管路是否脫落或破損，若有請連接完整或更換新管路。
2. 出現阻塞警報訊息時，確認病人是否有痰或是管路積水，若有請排除痰液或積水。

（三）清潔保養注意事項：

1. 每2週執行清潔保養，維持呼吸器台面之清潔。
2. 呼吸器上方不可擺置液體類，如：牛奶，或其他部品，維持清空狀態，並保持機器正常使用。
3. 呼吸管路撤除後，呼吸器無法拆除的部份，使用拋棄式抹布沾75%酒精溶液擦拭進行，擦拭後即丟棄抹布。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	微電腦呼吸器使用說明評核表 Ventilator Dräger Evita V500	編 號	A31000-Q18-F-C28
	制定 單位	護理部	版 本	第 1.1 版
			修正日期	108 年 06 月 06 日
			頁數/總頁數	2/2

單位名稱：_____

日期								
被評核者								
評 核 內 容	(一) 儀器操作步驟及要點說明：							
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	(二) 異常簡易故障排除方法：							
	1							
	2							
	(三) 清潔保養注意事項：							
	1							
	2							
	3							
正確率(%)								
評核者								
備註								

註：1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 示

3.不適用：以—表示

4.正確率(%)：【正確項數 (V) / 實際評核總項數 (V+X)】× 100%

評核總成績：_____