

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	直立式黃疸加強照光燈_永英 使用說明評核表	編號	A31000-Q18-F-D07
	制定 單位	護理部	版本	第 1.0 版
			修正日期	101 年 08 月 01 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：護理人員。

二、評核方式：護理人員以口述或實際操作

三、廠牌規格：永英

四、直立式黃疸加強照光燈使用說明評核表內容：

（一）儀器操作步驟及要點說明：

1. 連接電源。
2. 調整燈管所需的位置及高度。
3. 黃疸照光治療時燈管與嬰兒最佳距離為 50-75cm。
4. 打開燈管電源開關。
5. 注意事項。

（二）異常簡易故障排除方法：

1. 電線接觸不良：檢查電線是否正確插在機器上。
2. 燈管不亮：更換燈管。
3. 其他無法處理之異常情形：送修。

（三）清潔保養注意事項：

1. 請先關閉電源後清潔。
2. 使用濕布擦拭機器外殼。
3. 不可使用濃縮清潔。

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	直立式黃疸加強照光燈_永英 使用說明評核表	編號	A31000-Q18-F-D07
	制定單位		版本	第 1.0 版
		護理部	修正日期	101 年 08 月 01 日
			頁數/總頁數	2/2

單位名稱：_____

日期								
被評核者								
評核內容	(一) 儀器操作步驟及要點說明：							
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	(二) 異常簡易故障排除方法：							
	1							
	2							
	3							
	(三) 清潔保養注意事項：							
	1							
	2							
	3							
正確率(%)								
評核者								
備註								

註：1.正確：以 V 表示

2.不正確：以 X 示

3.不適用：以一表示

4.正確率(%)：【正確項數 (V) / 實際評核總項數 (V+X)】× 100%

評核總成績：_____