

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	儀器保養細則				
	Calibration of Association				
編號	A31000-Q17-W-A04	制定者	醫工組郭詩瑜、N15 王素鴻	公布日期	101 年 08 月 01 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	113 年 03 月 19 日
版本/總頁數	第 2.8 版/4 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 06 月 05 日

一、目的

讓護理人員了解儀器保養細則，為確保醫療儀器之準確性以保證醫療品質良好。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

- （一）需由廠商、醫工室或工務室進行保養之儀器，請依每年樓層月份至請修系統申請維修保養，醫工會再依每年保養頻率協助產生多張申請單（例如：8 月份即為各汝川、核醫及內科大樓之 8 樓單位將全數儀器至請修系統申請維修保養），廠商、醫工室或工務室，依照醫工室_21D010-000-P-003_醫療儀器設備保養計畫作業說明進行保養，並保存保養記錄表。
- （二）單位每年依醫工室網頁之儀器設備保養計畫表，包含：醫療儀器校驗排程表（由醫工室定期檢測）、儀器維護合約保養排程表（有簽訂維護保養合約），完成儀器保養計畫表及儀器保養實施紀錄表以確認單位內儀器是否完成保養。
- （三）實施及修訂
本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

主題名稱	儀器保養細則	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-A04	版本	第 2.8 版	頁碼/總頁數	2/4

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

七、附件

(一) 儀器保養計畫表及儀器保養實施紀錄表 (編號：A31000-Q18-F-A04)

主題名稱	儀器保養細則	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-A04	版本	第 2.8 版	頁碼/總頁數	3/4

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
101.08.01	1.0	新制定	101 年 08 月 01 日 通過護理部照護標準委員會。
102.02.18	2.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行臨時檢閱	
103.06.30	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.05.31	2.1	第三項第(四)目外校儀器部份內容刪修	104 年 05 月 31 日 通過護理部照護標準委員會。
105.04.07	2.2	1. 第三項第(一)目刪除：每年單位依月份之樓層進行全部儀器保養申請，醫工會再依每年保養頻率協助產生多張申請單。 2. 第三項第(四)目增修部份外校儀器內容：電擊器(D.C. Shock)校驗週期原 <u>季改半年</u> ，十二導程心電圖機(Complete EKG)、生理監視器(HP monitor)、Fetal monitor 校驗週期原 <u>季改年</u> ，新增仰德生理監視器(NIHON KOHDEN)、費森尤斯卡比一般注射幫浦(Fresenius Kabi)及 Drager 呼吸輔助器(Drager)。	105 年 04 月 07 日 通過護理部照護標準委員會。
105.10.04	2.3	1. 第三項第(三)目內校儀器刪除：水銀血壓計；新增生理監視器(HP monitor) Philips 飛利浦(大慶院區)。 2. 第三項第(四)目外校儀器新增：水銀血壓計、生理監視器(HP monitor) Philips 飛利浦(中興院區)。 3. 第三項第(五)目部份內容增修。	105 年 10 月 04 日 護理部照護標準委員會通過
106.03.22	2.4	1. 106 年 3 月 15 日醫工組與護理部共識，建議原主題名稱：儀器校驗細則改為儀器保養細則。 2. 增加：外校儀器：下表為保養大原則，但儀器會因新購有合約或過保固保養週期會異動，建議請進入，員工專區-廠商工單管理-員工入口登入-儀器風險列管-登入後-8 風險列管儀器-key 入使用 16 使用部門代碼-查看執行間隔(即為保養週期)	106 年 03 月 22 日 護理部週會議決通過

主題名稱	儀器保養細則	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-A04	版本	第 2.8 版	頁碼/總頁數	4/4

修正日期	版本	修正說明	備註
106.05.10	2.5	1. 第三項第(四)目部份內容增修。 2. 血糖機自 5 月份開始改為每天測試的內校儀器。 3. 第三項第(五)目免校驗儀器內容部份刪修。	106 年 05 月 10 日 護理長會議決議通過
107.06.04	2.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.10.17	2.6	第二項新增（含中興分院）。	107 年 10 月 17 日 護理長會議通過
108.06.06	2.7	第三項第六目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 06 月 06 日 照護標準組會議通過;108 年 06 月 12 日 護理長會議通過;108 年 06 月 18 日 督導會議通過公布。
109.06.04	2.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.02.04	2.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.06.02	2.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.06.08	2.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.03.19	2.8	1. 第三項目第一、二目說明內容修訂。 2. 刪除第三項目第三~五目內、外校及免校驗儀器說明內容，單位每年依醫工室網頁之儀器設備保養計畫表進行保養。	113 年 02 月 01 日 照護標準組會議通過;113 年 03 月 13 日 護理長會議通過;113 年 03 月 19 日 督導會議通過公布
114.06.05	2.8	年度檢閱，無修正。版本不變動。	