

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	蒸氣吸入機 Omron NE-U12 操作標準 Nebulizer Operating Standards				
編號	A31000-Q17-W-B12	制定者	NI 邱曉彤	公布日期	101 年 08 月 01 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	108 年 06 月 18 日
版本/總頁數	第 2.2 版/4 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 02 月 05 日

一、目的

讓護理人員了解蒸氣吸入機之操作步驟及要點說明、異常簡易故障排除方法及清潔保養注意事項。

二、範圍

護理部各單位。

三、說明

(一) 廠牌規格：Omron NE-U12

(二) 儀器操作步驟及要點說明

步驟	說明
1. 將連接插頭插在電源插口。	需先確認電源鈕及定時器是否轉在 OFF。
2. 將電源打開。	在風扇啟動時，電源鈕就會亮燈。
3. 加入 0.45% SODIUM CHLORIDE。	如需加入其他藥物（如支氣管擴張劑）可在這時加入。
4. 轉動定時器。	如欲設定時間，請順時鐘方向轉動定時器（最長至 15 分鐘），如不定時欲連續使用時，請將定時器往左轉。
5. 開始噴霧。	霧化指示燈亮燈（橘色）。
6. 噴霧執行中。	霧化比率可經由裝在機器前方之霧化比率調整鈕調整，順時鐘方向為增加霧化比率，逆時鐘方向為減少霧化比率。
7. 噴霧結束。	確認電源鈕及定時器是否轉在 OFF。

主題名稱	蒸氣吸入機 Omron NE-U12 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B12	版本	第 2.2 版	頁碼/總頁數	2/4

(三) 異常簡易故障排除方法

異常狀況	發生原因	處理方法
1. 無電源或無亮燈。	1. 電線與機器未連接好。 2. 開關 OFF。 3. 保險絲燒斷。	1. 電線與機器重新安裝。 2. 開關打開。 3. 更換保險絲。
2. 無噴霧功能。	1. 電線與機器未連接好。 2. 開關 OFF。 3. 保險絲燒斷。 4. 藥杯無正確定位。 5. 計時器未打開。	1. 電線與機器重新安裝。 2. 開關打開。 3. 更換保險絲。 4. 將藥杯正確安置於機器。 5. 打開計時器。
3. 風扇不動。	1. 後方風扇開關未關閉。 2. 風扇電路故障。	1. 關閉後門。 2. 通知醫工或廠商。
4. 無藥劑噴出。	未放置藥劑。	放入藥劑。
5. 水位警報。	水位過低。	加水到浮球開關上升。
6. 漏水。	1. 藥杯未裝好。 2. 水裝過多。 3. 藥杯上蓋有破漏。 4. 管路未裝緊。 5. 外殼破損。	1. 藥杯正確安置於機器。 2. 把過多的水經由排水管排出。 3. 更換藥杯上蓋。 4. 將管路重新安裝。 5. 請聯絡醫工組。

(四) 清潔保養注意事項

1. 添加清水或藥劑時應保持於高低水位標線間，並避免濺濕機殼。
2. 定時更換清水及清洗藥杯。
3. 機殼應保持乾燥以免潮濕短路或生鏽腐蝕。
4. 蒸氣杯內磁石應注意保護避免脫落，導致機器無法操作。
5. 風扇濾網應定時清潔。

(五) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(一) 蒸氣吸入機使用說明評核表 NE-U12 (編號：A31000-Q18-F-B12)。

主題名稱	蒸氣吸入機 Omron NE-U12 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B12	版本	第 2.2 版	頁碼/總頁數	3/4

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	蒸氣吸入機 Omron NE-U12 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-B12	版本	第 2.2 版	頁碼/總頁數	4/4

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
101.08.01	1.0	新制定。	101 年 08 月 01 日 護理部照護標準 委員會通過
102.02.18	2.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行臨時檢閱。	
103.06.30	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.05.31	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
105.05.31	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.05.31	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.13	2.1	主題名稱新增「操作標準 operating standards」。	107 年 06 月 13 日 護理長會議通過
108.06.06	2.2	第三項第五日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 06 月 06 日 照護標準組會議 通過；108 年 06 月 12 日護理長會 議通過；108 年 06 月 18 日督導會議 通過公布。
109.06.04	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.07.08	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.02.10	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.06.08	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.04.30	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.04.10	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
115.02.05	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	