

 LABIOFAM Grupo Empresarial Empresa de Productos Inyectables	INTRUCCION DE TRABAJO	IT 2-06-24
	MICROSCOPIO	Revisión:02
		Página 1 de 1

DESARROLLO:

1. REVISION TÉCNICA.

Siempre que se vaya a comenzar a usar el equipo, el operario debe comprobar:

1. No existencia de golpes o deformaciones en la estructura del equipo.
2. Verificar que el equipo esté limpio.
3. Poner en funcionamiento el equipo observando si no presenta alteraciones.
4. Conectar el interruptor, comprobando si tiene alimentación eléctrica.
5. En caso de existir anomalías solicitar el servicio del metróloga.

2. PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN.

- Conectar a la red eléctrica de 220 V.
- Encender en el interruptor de la parte derecha del equipo.
- Colocar la lamina en el soporte, enfocar a la posición deseada por los botones de ajuste.
- Observar por los lentes y tomar la lectura deseada, retirar la lamina.
- Apagar el equipo.
- Llene el registro Uso del Equipo.

3. LIMPIEZA.

Al finalizar el turno de trabajo, después de haber operado el equipo, pasar un paño estéril libre de pelusas por las superficies internas y externas con el objetivo de eliminar residuos de algún producto adherido a las mismas.

4. PRECAUCIONES Y/O PROHIBICIONES.

- No aplicar agua sobre el equipo.
- En caso de observar alguna irregularidad en la medición efectuada, apagar el equipo. Si persiste en la irregularidad, apagar y solicitar servicio técnico.

Aprobado por:	Nombre y Apellidos	Cargo	Firma	Fecha
	Anabel Meléndez Esquivel	Directora UEB Yogur		