

#### **DESARROLLO:**

### 1. REVISION TÉCNICA.

Siempre que se vaya a comenzar a usar el equipo, el operario debe comprobar:

- 1. No existencia de golpes o deformaciones en la estructura del equipo.
- 2. Verificar que el equipo este limpio.
- 3. Poner en funcionamiento el equipo observando si no presenta alteraciones.
- 4. Conectar el interruptor, comprobando si tiene alimentación eléctrica.
- 5. En caso de existir anomalías solicitar el servicio del metrólogo.


# 2. PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN.

- Conectar el equipo a la red 220v.
- Encienda el interruptor que se encuentra en la parte posterior de la fuente de alimentación.
- Vierta 50ml de la solución limpiadora del lactoflash en un beaker e introduzca el electrodo de metal en la solución.
- Seleccione con las flechas en rojo la opción **RINSE** y luego oprima el botón **ENTER** y espere unos minutos que termine la operación.
- Vierta la solución a analizar en un beaker e introduzca el electrodo de metal.
- Seleccione con las flechas la operación **MEASURE** y presione **ENTER**.
- Después de unos minutos obtendrá los resultados (% de grasa, %SNG, % proteína, pto de congelación,% de lactosa y densidad relativa).
- Repita los pasos 3 y 4 después de analizar cada muestra.
- Conecte en el recipiente colector el drenaje de la manguera.
- Llene el registro Uso del Equipo.

### 3. LIMPIEZA.

Al finalizar el turno de trabajo, después de haber operado el equipo, pasar un paño estéril libre de pelusas por las superficies internas y externas con el objetivo de eliminar residuos de algún producto adherido a las mismas.

Aprobado por	Nombre y Apellidos	Cargo	Firma	Fecha
	Abraham Castro Salgado	Director UEB Inyectables		



## 4. PRECAUCIONES Y/O PROHIBICIONES.

• No aplicar agua sobre el equipo.

En caso de observar alguna irregularidad en la medición efectuada, marcar cero para poner nuevamente a punto el equipo. Si persiste en la irregularidad, apagar y solicitar servicio técnico.

#### 5. REGISTRO:

R<sub>1</sub> 2-05-6 Uso, limpieza y desinfección del equipo, se conservará por un año.

## 6. ANEXO:

Anexo 1 R<sub>1</sub> 2-05-6 Uso, limpieza y desinfección del equipo.



INTRUCCION DE TRABAJO	IT 2-05-36
LACTOFLASH	Revisión:02
LACTOPLASH	Página 3 de 3

Anexo 1 R<sub>1</sub> 2-05-6 Uso, limpieza y desinfección del equipo.

LABIOFAM Grupo Empresarial	USO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO	R <sub>1</sub> 2-05-6
Empresa de Productos Inyectables		

LÍNEA: (1) EQUIPO: (2)

Fecha	Producto/ Presentación	Lote	Hora de inicio	Hora final	Nombre del operario	Firma	Limpieza con	Desinfectado con	Nombre Del operario	Firma	Aprobado
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

### Metodología de llenado:

- (1) Línea: Nombre de la línea de producción
- (2) Equipo: Nombre del equipo
- (3) Fecha: fecha en que se usa el equipo
- (4) Producto: Producto que se está procesando en el equipo
- (5) Lote: Número de lote del producto que se procesa
- (6) Hora de inicio: Hora en que se comienza a usar el equipo
- (7) Hora final: Hora en que se termina de usar el equipo
- (8) Nombre del operario: Nombre del operario que usa el equipo
- (9) Firma: Firma del operario que usa el equipo
- (10)Limpieza con: Nombre del o los productos con que limpia el equipo
- (11)Desinfectado con: Nombre del o los productos con que se desinfecta el equipo
- (12) Nombre del operario: Nombre del operario que limpia y desinfecta el equipo
- (13)Firma: Firma del operario que usa el equipo
- (14) Aprobado: Nombre y firma del personal de Control de la Calidad que aprueba que el equipo está limpio.