



RptNo: ETAC0561717

第2頁 共2頁



長度部份:


量測位置	量測值 (mm)
A	191.8084
B(L=16.5)	186.8634

角度部份:

S/N	量測位置	量測角度 θ_2 (°)
	上	7°6'19"
	中	7°7'22"
	下	7°6'51"
	平均:	7°7'5"

量測說明:

1. 量測值 係指工作標準件之輸出值或顯示值
2. 量測能力係以約 95 %信賴水準, $k = 2$ 之擴充不確定度表示
3. 擴充不確定度: 0.003°, 0.0040 mm
4. 上述擴充不確定度包含量測件之不確定度評估結果



-- THE END --