



RptNo: ETAC0561817

第2頁 共2頁



長度部份:

量測位置	量測值 (mm)
A	192.3411
B	196.8959
L	18.2226


角度部份:

量測位置	量測角度 θ_2 (°)
上	7°7'24"
中	7°7'22"
下	7°7'37"

平均: 7°7'26"

量測說明:

1. 量測值 係指工作標準件之輸出值或顯示值
2. 量測能力係以約 95 %信賴水準, $k = 2$ 之擴充不確定度表示
3. 擴充不確定度: 0.030°, 0.0040 mm
4. 上述擴充不確定度包含量測件之不確定度評估結果



-- THE END --