

RELATORIO DE PREVENTIVAS

Setor: Centro Obstétrico / Centro Obstétrico - Pronto Atendimento

Gerado em: 02/26

Equipamentos: 7 | Planejamentos: 7

Patrimônio	Tasy	Descrição	Última	Próxima	Laudo
-	TE - 238	Termo-hig digital de -50 +70 °C/20 - 90% UR / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.
-	TE - 236	Termo-hig digital de -50 +70 °C/20 - 99% UR / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.
-	TE - 364	Termo-hig digital de -50 +70 °C/20 - 99% UR / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.
-	TE - 324	Termômetro digital de -50 + 150 °C / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.
-	TE - 196	Termômetro digital de -50 + 70 °C / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.
-	TE - 242	Termômetro digital de -50 + 70 °C / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.
-	TE - A18	Termômetro digital de -50 + 70 °C / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.

* Próxima vencida (laudo existente).