

RELATORIO DE PREVENTIVAS

Setor: UTI3
Gerado em: 02/26
Equipamentos: 2 | Planejamentos: 2

Patrimônio	Tasy	Descrição	Última	Próxima	Laudos
-	TE -A 26	Termo-hig digital de -50 +70 °C/20 - 90% UR / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.
-	TE -A 27	Termômetro digital de -10 + 50 °C / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.

* Próxima vencida (laudo existente).