

RELATORIO DE PREVENTIVAS

Setor: FARCE
Gerado em: 02/26
Equipamentos: 8 | Planejamentos: 8

Patrimônio	Tasy	Descrição	Última	Próxima	Laudo
-	TE-23	Termo- higrômetro digital / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.
-	TE - 162	Termo-hig digital de -50 +70 °C/20 - 90% UR / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.
-	TE - 164	Termo-hig digital de -50 +70 °C/20 - 90% UR / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.
-	TE - 215	Termo-hig digital de -50 +70 °C/20 - 90% UR / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.
-	TE - 24	Termo-hig digital de -50 +70 °C/20 - 90% UR / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.
-	TE - 271	Termo-hig digital de -50 +70 °C/20 - 90% UR / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.
-	TE-394	Termômetro digital de -50 + 70 °C / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.
-	TE - 342	Termômetro digital de - 50 + 70 °C / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.

* Próxima vencida (laudo existente).