

RELATORIO DE PREVENTIVAS

Setor: Bloco Cirúrgico / BCIR - Bloco Cirúrgico

Gerado em: 02/26

Equipamentos: 12 | Planejamentos: 13

Patrimônio	Tasy	Descrição	Última	Próxima	Laudos
-	TI-09	Ter. digital inf / manutenção preventiva	11/24	04/25	Indis p.
-	TE-395	Termo- higrômetro digital / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.
-	TE-432	Termo- higrômetro digital / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.
-	TE - 103	Termo-hig digital de -50 +70 °C/20 - 90% UR / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.
-	TE - A19	Termo-hig digital de -50 +70 °C/20 - 99% UR / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.
-	TE-389	Termo-higrômetro digital de -10 +60 °C/0 - 100 %UR / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.
-	TE-436	Termo-higrômetro digital de -10 +60 °C/0 - 100 %UR / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.
-	TI - 02	Termo-inf / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.
-	TE - 294	Termômetro digital de -10 + 50 °C / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.
-	TE - A20	Termômetro digital de -10 + 50 °C / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.
-	TE-03	Termômetro digital de -10 + 50 °C / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.
-	TE-A21	Termômetro digital de -10 + 50 °C / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.

* Próxima vencida (laudo existente).