

RELATORIO DE PREVENTIVAS

Setor: 7\_ANEXO  
Gerado em: 02/26  
Equipamentos: 1 | Planejamentos: 1

Patrimônio	Tasy	Descrição	Última	Próxima	Laudos
-	TE-A24	Termômetro digital de -50 + 70 °C / manutenção preventiva	11/25	11/26	Indis p.

\* Próxima vencida (laudo existente).