

RELATORIO DE PREVENTIVAS

Setor: raiox
Gerado em: 02/26
Equipamentos: 3 | Planejamentos: 3

Patrimônio	Tasy	Descrição	Última	Próxima	Laudos
-	TE - 252	Termo-hig digital de -50 +70 °C/10 - 99% UR / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.
-	TE - 125	Termo-hig digital de -50 +70 °C/20 - 90% UR / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.
-	TE - 249	Termo-hig digital de -50 +70 °C/20 - 90% UR / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.

* Próxima vencida (laudo existente).