

RELATORIO DE PREVENTIVAS

Setor: BAOL
Gerado em: 02/26
Equipamentos: 9 | Planejamentos: 9

Patrimônio	Tasy	Descrição	Última	Próxima	Laudos
-	TE - 187	Termo-hig digital de -50 +70 °C/20 - 90% UR / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.
-	TE - 189	Termo-hig digital de -50 +70 °C/20 - 90% UR / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.
-	TE - 188	Termômetro digital de -50 + 150 °C / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.
-	TE - 322	Termômetro digital de -50 + 70 °C / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.
-	TE - 323	Termômetro digital de -50 + 70 °C / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.
-	TE - 326	Termômetro digital de -50 + 70 °C / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.
-	TE - 327	Termômetro digital de -50 + 70 °C / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.
-	TE - 90	Termômetro digital de -50 + 70 °C / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.
-	TE - 91	Termômetro digital de -50 + 70 °C / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.

* Próxima vencida (laudo existente).