

RELATORIO DE PREVENTIVAS

Setor: TOMO  
Gerado em: 02/26  
Equipamentos: 4 | Planejamentos: 4

Patrimônio	Tasy	Descrição	Última	Próxima	Laudo
-	TE - 213	Termo-hig digital de -50 +70 °C/20 - 99% UR / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.
-	TE - 36	Termômetro digital de -10 + 50 °C / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.
-	TE-43 9	Termômetro digital de -10 + 50 °C / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.
-	TE -3 44	Termômetro digital de -50 + 70 °C / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.

\* Próxima vencida (laudo existente).