

RELATORIO DE PREVENTIVAS

Setor: INDEFINIDO

Gerado em: 02/26

Equipamentos: 5 | Planejamentos: 5

Patrimônio	Tasy	Descrição	Última	Próxima	Laudo
-	TE-22	Termo-hig digital de -50 +70 °C/20 - 99% UR / manutenção preventiva	11/23	10/24	Indis p.
-	TE - 418	Termômetro digital de -50 + 150 °C / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.
-	TE - 338	Termômetro digital de -50 + 70 °C / manutenção preventiva	06/24	06/25	Indis p.
-	TE-428	Termômetro digital de -50 + 70 °C / manutenção preventiva	04/24	04/25	Indis p.
-	TE-in def	Termômetro digital de -50 + 70 °C / manutenção preventiva	11/23	10/24	Indis p.

* Próxima vencida (laudo existente).