

RELATORIO DE PREVENTIVAS

Setor: 5\_ANEXO  
Gerado em: 02/26  
Equipamentos: 1 | Planejamentos: 1

Patrimônio	Tasy	Descrição	Última	Próxima	Laudos
-	TE-A06	Termômetro digital de -50 + 70 °C / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.

\* Próxima vencida (laudo existente).