

RELATORIO DE PREVENTIVAS

Setor: CME  
Gerado em: 02/26  
Equipamentos: 3 | Planejamentos: 3

Patrimônio	Tasy	Descrição	Última	Próxima	Laudos
-	TE- 288	Termo-hig digital de -50 +70 °C/10 - 99% UR / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.
-	TE - 284	Termômetro digital de -50 + 70 °C / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.
-	TE - 315	Termostato digital de - 50 + 105 °C / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.

\* Próxima vencida (laudo existente).