

RELATORIO DE PREVENTIVAS

Setor: UIC6L
Gerado em: 02/26
Equipamentos: 3 | Planejamentos: 3

Patrimônio	Tasy	Descrição	Última	Próxima	Laudos
-	TE - 160	Termômetro digital de -50 + 150 °C / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.
-	TE - 192	Termômetro digital de -50 + 150 °C / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.
-	TE - 448	Termômetro digital de -50 + 70 °C / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.

* Próxima vencida (laudo existente).