

## RELATORIO DE PREVENTIVAS

Setor: Agência Transfusional / Agência Transfusional

Gerado em: 02/26

Equipamentos: 13 | Planejamentos: 13

Patrimônio	Tasy	Descrição	Última	Próxima	Laudos
-	TE - 121	Incubadora imunoemato 37° / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.
-	TE-42 5	Termo- higrômetro digital / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.
-	TE - 64	Termo-hig digital de -50 +70 °C/20 - 99% UR / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.
-	TE-A1 1	Termômetro digital de -10 + 50 °C / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.
-	TE - 203	Termômetro digital de -50 + 150 °C / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.
-	TE - 43	Termômetro digital de -50 + 150 °C / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.
-	TE - 279	Termômetro digital de -50 + 70 °C / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.
-	TE -4 47	Termômetro digital de -50 + 70 °C / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.
-	TE - 102	Termômetro digital de -50 + 70 °C / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.
-	TE - 105	Termômetro digital de -50 + 70 °C / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.
-	TE - 385	Termômetro digital de -50 + 70 °C / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.
-	TE - 98	Termômetro digital de -50 + 70 °C / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.
-	TE - A15	Termômetro digital de -50 + 70 °C / manutenção preventiva	11/24	11/25	Indis p.

\* Próxima vencida (laudo existente).