

出厂检测证书

检测结果

第 Z37692 号

仪器名称：一氧化碳检测报警器(CO)

型号规格：VT3411

出厂编号：2504LA0015

检验人员：苑美玲

核验人员：李金兴

检验结论：合格

检测日期：2025 年 11 月 12 日

1、通电老化：合格

2、外观和结构：合格

3、标志与标识：合格

4、响应时间(T90)：23s

5、报警功能：合格

6、4-20ma 调整：合格



惟泰安全
Vital Safety

河北青鸟电子有限公司第一分公司

出厂检测证书

检测结果

第 Z37693 号

仪器名称：一氧化碳检测报警器(CO)

型号规格：VT3411

出厂编号：2504LA0022

检验人员：苑美玲

核验人员：李金

检验结论：合格

检测日期：2025 年 11 月 12 日

1、通电老化：合格


2、外观和结构：合格

3、标志与标识：合格

4、响应时间(T90)：23s

5、报警功能：合格

6、4-20ma 调整：合格



惟泰安全
Vital Safety

河北青鸟电子有限公司第一分公司

出厂检测证书

检测结果

第 Z37694 号

仪器名称：一氧化碳检测报警器(CO)

型号规格：VT3411

出厂编号：2504LA0019

检验人员：苑美玲

核验人员：李秋

检验结论：合格

检测日期：2025 年 11 月 12 日

1、通电老化：合格

2、外观和结构：合格

3、标志与标识：合格

4、响应时间(T90)：23s

5、报警功能：合格

6、4-20ma 调整：合格



惟泰安全
Vital Safety

河北青鸟电子有限公司第一分公司

出厂检测证书

检测结果

第 Z37695 号

仪器名称：一氧化碳检测报警器(CO)

型号规格：VT3411

出厂编号：2504LA0013

检验人员：苑美玲

核验人员：李合兴

检验结论：合格

检测日期：2025 年 11 月 12 日

1、通电老化：合格


2、外观和结构：合格

3、标志与标识：合格

4、响应时间(T90)：23s

5、报警功能：合格

6、4-20ma 调整：合格



惟泰安全
Vital Safety

河北青鸟电子有限公司第一分公司

出厂检测证书

检测结果

第 Z37696 号

仪器名称：一氧化碳检测报警器(CO)

型号规格：VT3411

出厂编号：2504LA0023

检验人员：苑美玲

核验人员：李金冬

检验结论：合格

检测日期：2025 年 11 月 12 日

1、通电老化：合格

2、外观和结构：合格

3、标志与标识：合格

4、响应时间(T90)：23s

5、报警功能：合格

6、4-20ma 调整：合格



惟泰安全
Vital Safety

河北青鸟电子有限公司第一分公司

出厂检测证书

检测结果

第 Z37697 号

仪器名称：一氧化碳检测报警器 (CO)

1、通电老化：合格

型号规格：VT3411

2、外观和结构：合格

出厂编号：2504LA0014

3、标志与标识：合格

检验人员：苑美玲

4、响应时间 (T90)：23s

核验人员：李金冬

5、报警功能：合格

检验结论：合格

6、4-20ma 调整：合格

检测日期：2025 年 11 月 12 日



惟泰安全
Vital Safety

河北青鸟电子有限公司第一分公司

出厂检测证书

检测结果

第 Z37698 号

仪器名称：一氧化碳检测报警器(CO)

1、通电老化：合格

型号规格：VT3411

2、外观和结构：合格

出厂编号：2504LA0025

3、标志与标识：合格

检验人员：苑美玲

4、响应时间(T90)：23s

核验人员：李金兴



5、报警功能：合格

检验结论：合格

6、4-20ma 调整：合格

检测日期：2025 年 11 月 12 日



惟泰安全
Vital Safety

河北青鸟电子有限公司第一分公司

出厂检测证书

检测结果

第 Z37699 号

仪器名称：一氧化碳检测报警器(CO)

型号规格：VT3411

出厂编号：2504LA0016

检验人员：苑美玲

核验人员：李合兴

检验结论：合格

检测日期：2025 年 11 月 12 日

1、通电老化：合格


2、外观和结构：合格

3、标志与标识：合格

4、响应时间(T90)：23s

5、报警功能：合格

6、4-20ma 调整：合格



惟泰安全
Vital Safety

河北青鸟电子有限公司第一分公司

出厂检测证书

检测结果

第 Z37700 号

仪器名称：一氧化碳检测报警器(CO)

型号规格：VT3411

出厂编号：2504LA0009

检验人员：苑美玲

核验人员：李合兴

检验结论：合格

检测日期：2025 年 11 月 12 日

1、通电老化：合格


2、外观和结构：合格

3、标志与标识：合格

4、响应时间(T90)：23s

5、报警功能：合格

6、4-20ma 调整：合格



惟泰安全
VitalSafety

河北青鸟电子有限公司第一分公司

出厂检测证书

检测结果

第 Z37701 号

仪器名称：一氧化碳检测报警器(CO)

型号规格：VT3411

出厂编号：2504LA0021

检验人员：苑美玲

核验人员：李金

检验结论：合格

检测日期：2025 年 11 月 12 日

1、通电老化：合格

2、外观和结构：合格

3、标志与标识：合格

4、响应时间(T90)：23s

5、报警功能：合格

6、4-20ma 调整：合格



河北青鸟电子有限公司第一分公司

出厂检测证书

检测结果

第 Z37702 号

仪器名称：一氧化碳检测报警器 (CO)

1、通电老化：合格

型号规格：VT3411

2、外观和结构：合格

出厂编号：2504LA0020

3、标志与标识：合格

检验人员：苑美玲

4、响应时间 (T90)：23s

核验人员：李金冬

5、报警功能：合格

6、4-20ma 调整：合格

检验结论：合格

检测日期：2025 年 11 月 12 日



惟泰安全
Vital Safety

河北青鸟电子有限公司第一分公司

出厂检测证书

检测结果

第 Z37703 号

仪器名称：一氧化碳检测报警器(CO)

型号规格：VT3411

出厂编号：2504LA0017

检验人员：苑美玲

核验人员：李金冬

检验结论：合格

检测日期：2025 年 11 月 12 日

1、通电老化：合格

2、外观和结构：合格

3、标志与标识：合格

4、响应时间(T90)：23s

5、报警功能：合格

6、4-20ma 调整：合格



河北青鸟电子有限公司第一分公司

出厂检测证书

检测结果

第 Z37704 号

仪器名称：一氧化碳检测报警器(CO)

型号规格：VT3411

出厂编号：2504LA0026

检验人员：苑美玲

核验人员：李金冬

检验结论：合格

检测日期：2025 年 11 月 12 日

1、通电老化：合格

2、外观和结构：合格

3、标志与标识：合格

4、响应时间(T90)：23s

5、报警功能：合格

6、4-20ma 调整：合格



河北青鸟电子有限公司第一分公司

出厂检测证书

检测结果

第 Z37705 号

仪器名称：一氧化碳检测报警器(CO)

型号规格：VT3411

出厂编号：2504LA0010

检验人员：苑美玲

核验人员：唐会东

检验结论：合格

检测日期：2025 年 11 月 12 日

1、通电老化：合格

2、外观和结构：合格

3、标志与标识：合格

4、响应时间(T90)：23s

5、报警功能：合格

6、4-20ma 调整：合格



河北青鸟电子有限公司第一分公司

出厂检测证书

检测结果

第 Z37706 号

仪器名称：一氧化碳检测报警器(CO)

型号规格：VT3411

出厂编号：2504LA0018

检验人员：苑美玲

核验人员：李金冬

检验结论：合格

检测日期：2025 年 11 月 12 日

1、通电老化：合格


2、外观和结构：合格

3、标志与标识：合格

4、响应时间(T90)：23s

5、报警功能：合格

6、4-20ma 调整：合格



河北青鸟电子有限公司第一分公司

出厂检测证书

检测结果

第 Z37707 号

仪器名称：一氧化碳检测报警器(CO)

型号规格：VT3411

出厂编号：2504LA0011

检验人员：苑美玲

核验人员：李金

检验结论：合格

检测日期：2025 年 11 月 12 日

1、通电老化：合格


2、外观和结构：合格

3、标志与标识：合格

4、响应时间(T90)：23s

5、报警功能：合格

6、4-20ma 调整：合格



河北青鸟电子有限公司第一分公司

出厂检测证书

检测结果

第 Z37708 号

仪器名称：一氧化碳检测报警器(CO)

型号规格：VT3411

出厂编号：2504LA0024

检验人员：苑美玲

核验人员：李金兴

检验结论：合格

检测日期：2025 年 11 月 12 日

1、通电老化：合格


2、外观和结构：合格

3、标志与标识：合格

4、响应时间(T90)：23s

5、报警功能：合格

6、4-20ma 调整：合格



河北青鸟电子有限公司第一分公司

出厂检测证书

检测结果

第 Z37709 号

仪器名称：一氧化碳检测报警器(CO)

型号规格：VT3411

出厂编号：2504LA0012

检验人员：苑美玲

核验人员：李金冬

检验结论：合格

检测日期：2025 年 11 月 12 日

1、通电老化：合格


2、外观和结构：合格

3、标志与标识：合格

4、响应时间(T90)：23s

5、报警功能：合格

6、4-20ma 调整：合格



河北青鸟电子有限公司第一分公司

出厂检测证书

检测结果

第 Z37710 号

仪器名称: 氧气气体检测报警仪 (02)

型号规格: VT3411

出厂编号: 2504KA0169

检验人员: 苑美玲

核验人员: 李金兴

检验结论: 合格

检测日期: 2025 年 10 月 27 日

1、通电老化: 合格


2、外观和结构: 合格

3、标志与标识: 合格

4、响应时间 (T90): 11s

5、报警功能: 合格

6、4-20ma 调整: 合格



河北青鸟电子有限公司第一分公司

出厂检测证书

第 Z37711 号

仪器名称：可燃气体报警控制器

型号规格：VT811

出厂编号：202511140003

检测人员：苑美玲

核验人员：李金冬

检测结论：合格


检测日期：2025 年 11 月 14 日



河北青鸟电子有限公司第一分公司

检测结果

- | | |
|-----------------|----|
| 1、主要部(器)件检查： | 合格 |
| 2、可燃气体浓度显示功能试验： | 合格 |
| 3、可燃气体报警功能试验： | 合格 |
| 4、故障报警功能试验： | 合格 |
| 5、屏蔽功能试验： | 合格 |
| 6、自检功能试验： | 合格 |
| 7、绝缘电阻试验： | 合格 |
| 8、电强度试验： | 合格 |



产品检验合格证书

产品名称: VTClip 便携式一氧化碳检测报警器

产品型号: VT210 CO (0-1000umol/mol)

产品序列号: 2583LA0301

检测日期: 2025/11/17

校准气体:

#	校准气体名称	校准气体浓度	备注
1	CO	100ppm	

测试结果:

#	传感器	回读气体浓度	示值误差
1	CO	75	$<\pm 5\text{umol/mol}$
2	CO	710	$<\pm 5\%$

出厂报警值设定:

低限报警值	高限报警值	STEL	TWA
16	32	100	35

检验人员: 周国玉

测试日期: 2025. 11. 17

公司网址: www.vitalsafe.com.cn

售后服务电话: 010-88850858

生产地址: 河北省张家口市涿鹿县涿下路工业园 (青鸟消防股份有限公司院内)

产品检验合格证书

产品名称： VTClip 便携式一氧化碳检测报警器

产品型号： VT210 CO (0-1000umol/mol)

产品序列号： 2583LA0302

检测日期： 2025/11/17

校准气体：

#	校准气体名称	校准气体浓度	备注
1	CO	100ppm	

测试结果：

#	传感器	回读气体浓度	示值误差
1	CO	75	$< \pm 5 \text{umol/mol}$
2	CO	710	$< \pm 5\%$

出厂报警值设定：

低限报警值	高限报警值	STEL	TWA
16	32	100	35

检验人员：周国玉

测试日期：2025. 11. 17

公司网址： www.vitalsafe.com.cn

售后服务电话： 010-88850858

生产地址：河北省张家口市涿鹿县涿下路工业园（青鸟消防股份有限公司院内）

产品检验合格证书

产品名称： VTClip 便携式单一气体检测仪

产品型号： VT210 O₂ (0-30%VOL)

产品序列号： 2559LA0202

检测日期： 2025/11/17

校准气体：

#	校准气体名称	校准气体浓度	备注
1	N ₂	99.9	

测试结果：

#	传感器	回读气体浓度	示值误差
1	O ₂ (0%)	5%VOL	±3%FS
2	O ₂ (0%)	24%VOL	±3%FS

出厂报警值设定：

低限报警值	高限报警值	STEL	TWA
19.5	23.0	/	/

检验人员：周国玉

测试日期：2025. 11. 17

公司网址： www.vitalsafe.com.cn

售后服务电话： 010-88850858

生产地址： 河北省张家口市涿鹿县涿下路工业园（青鸟消防股份有限公司院内）

产品检验合格证书

产品名称： VTClip 便携式单一气体检测仪

产品型号： VT210 O₂ (0-30%VOL)

产品序列号： 2559LA0201

检测日期： 2025/11/17

校准气体：

#	校准气体名称	校准气体浓度	备注
1	N ₂	99.9	

测试结果：

#	传感器	回读气体浓度	示值误差
1	O ₂ (0%)	5%VOL	±3%FS
2	O ₂ (0%)	24%VOL	±3%FS

出厂报警值设定：

低限报警值	高限报警值	STEL	TWA
19.5	23.0	/	/

检验人员：周国玉

测试日期：2025.11.17

公司网址： www.vitalsafe.com.cn

售后服务电话： 010-88850858

生产地址： 河北省张家口市涿鹿县涿下路工业园（青鸟消防股份有限公司院内）