
n = 40; proportional bias slope 0.045, P = 0.0010
Difference (new_assay - reference_assay)
Mean of new_assay and reference_assay
+1.96 SD: 15.2
Bias: 5.93
-1.96 SD: -3.36
15
10
5
0
−5
50
75
100
125
150
175
200
225