


Metadata:

Autor: William A. P. dos Santos
Função: Físico
Unidade: Hospital
Acelerador Linear: Synergy Platform
Modelo MLC: MLCi2

Picket Fence results:

Magnification factor (SID/SAD): 1.60
Tolerance (mm): 1
Leaves passing (%): 100.0
Absolute median error (mm): 0.045
Mean picket spacing (mm): 20.3
Maximum error (mm): 0.190 on Picket 1, Leaf 39
Gantry Angle: 0.00
Collimator Angle: 0.00



Notes:

Testando análise com deslocamento do painel
Análise da Imagem: 10Y2-0Y1
Deslocamento do painel em Y: -8.0 cm