



## Metadata:

Autor: William A. P. dos Santos  
Função: Físico  
Unidade: Hospital  
Acelerador Linear: Synergy Platform  
Modelo MLC: MLCi2

## Picket Fence results:

Magnification factor (SID/SAD): 1.60  
Tolerance (mm): 1  
Leaves passing (%): 100.0  
Absolute median error (mm): 0.050  
Mean picket spacing (mm): 20.2  
Maximum error (mm): 0.257 on Picket 1, Leaf 29  
Gantry Angle: 0.00  
Collimator Angle: 0.00



## Notes:

Testando análise com deslocamento do painel  
Análise da Imagem: 20Y2-0Y1  
Deslocamento do painel em Y: -8.0 cm