



Metadata:

Autor: William A. P. dos Santos
Função: Físico
Unidade: Hospital
Acelerador Linear: Synergy Platform
Modelo MLC: MLCi2

Picket Fence results:

Magnification factor (SID/SAD): 1.60
Tolerance (mm): 1
Leaves passing (%): 100.0
Absolute median error (mm): 0.056
Mean picket spacing (mm): 20.3
Maximum error (mm): 0.204 on Picket 0, Leaf 30
Gantry Angle: 0.00
Collimator Angle: 0.00



Notes:

Testando análise com deslocamento do painel
Análise da Imagem: 20Y2-5Y1
Deslocamento do painel em Y: -8.0 cm