

生产任务通知单

任务编号：TS2022010101

1，订单类型：

☒客户订单（荧飒内部订单号：SIN16122~17022）☐自用研发项目☐样机☐其它

2，配置类型：

（由销售勾选）☐标准品☐标准品修改☒非标准品  
（由商务申请后勾选）☐邱亚☐郑留念

3，任务信息

录入日期	2022-10-14	答交时间	2023-2-21（12月再安排也可，要货会被提前告知）
客户名称	北京鉴知技术有限公司	销售姓名	王伟
合同号码	BJZ2Y220099A00	产品线	中红外
生产型号	Mobile10-OEM	数量	10台
序列号	MSN220046、MSN220047、MSN220048 MSN220049、MSN220050、MSN220051 MSN220052、MSN220053、MSN220054 MSN220055	是否出口	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是

4，设备外观说明（他方定制类要求需填写《INSA-JL04-12 客户定制化外观平面设计需求单 A1》）

1) LOGO 要求：	
2) 机身型号：	
3) 铭牌打印型号：	
4) 其他说明：	

5，硬件生产配置

序号	型号/物料号	数量	描述	备注
1)	Mobile10-OEM	10套	红外主机(ZnSe分束器,防潮膜DTGS检测器,分辨率2cm-1)+金刚石ATR晶体	配置：1、金刚石晶体、压头不需要折叠，压头的压力≥17kg，都是有压力保护的。 2、系统内反射镜镜面全部为裸金 3、ATR的反射镜固定方式，采用最新的弹簧式固体，并做简单的标记，哪些镜子可调，哪些镜子不可

				调。 4、干涉仪的 3 个大螺丝，松动的 问题，记得都点上胶。
2)		10 套	适配器	
3)		10 套	电源线	

## 6，软件

序号	物料号	数量	描述	备注
1)	S-IR	10 份	测试报告	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 光谱范围：覆盖 500~5000cm<sup>-1</sup></li> <li>● 光谱能量：&gt;3%@500cm<sup>-1</sup>，&gt;5%@4000cm<sup>-1</sup>（所测波数处的能量与能量最大值之比）</li> <li>● 能量波动：到货后，产品峰值能量大于出厂测试时的 90%</li> <li>● 光谱分辨率：优于 2cm<sup>-1</sup></li> <li>● 波数精度：优于 0.2cm<sup>-1</sup></li> <li>● SNR：大于 500（金刚石 ATR 条件测试）</li> </ul>
2)				

## 7，配套国内/国际成品采购

序号	物料号	数量	描述	备注
1)				
2)				



## 8，打包要求（可多选）

- ☒ 常规包装（使用透明的塑料箱）  
☐ 中性包装（去 LOGO 包装，箱子和胶带都去 logo）  
☐ 定制包装（详细说明：免熏蒸的木箱包装，用于出口，提前定制）  
☐ 防潮铝箔包装（由于是 KBr 系统）

## 9，其他

压头的压力和精度；标准板新增 2 个定位（不打穿）。

标准版基础上新增需求1  
压头向下正压力要求在17kgf~30kgf之间



标准版基础上新增需求2

