# 生产任务通知单

任务编号: TS20221102 1,订单类型: ▽ 客户订单(荧飒内部订单号: SIN18522) □ 自用研发项目 |样机 |其 它 2, 配置类型: 类别 (销售勾选) 标准品 ○ 标准品修改 非标品 (商务申请后勾选) □ 邱亚 | | 郑留念 非标品选项 (出厂时设计人员及测试人员 | 尺寸: 提供数据给梦瑶, 更新至公盘) 重量: 其他说明: 3, 任务信息 答交时间 2023-1-17 录入日期 | 2022-11-16 客户名称 | 北京中研环科科技有限公司 销售姓名 王伟 合同号码 ISP20221116 产品线 中红外 生产型号 | FOLI20 (对应 DEEP-FTIR-2) 数 量 ⊠否 序列号 一是 是否出口 MSN220069 4,设备外观说明(他方定制类要求需填写《INSA-JL04-12客户定制化外观平面设计需求单 A1》) 1) LOGO 要求: **BJSCISTAR** 2) 机身型号: **DEEP-FTIR-2** 3) 铭牌打印型号: DEEP-FTIR-2 4) 其他说明: 主机紫色、Logo 橙色和红色的色号、效果图见后 5,硬件生产配置 序号 型号/物料号 数量 描述 备注 1) FOLI20 红外主机 (KBr 分束器, 防潮膜 DLaTGS 标准的主机配置, 带透射支架

检测器)

分辨率: 优于 0.4cm-1

				光谱范围: 8,000-350cm <sup>-1</sup> (采用 KBr
				分束器及窗片,其他材质可选)
				波数精度:优于 0.01cm <sup>-1</sup>
				信噪比: 优于 40000: 1
2)	XD105/2	1	DLaTGS 和 MCT 检测器自动切换	
3)	D-MCT-LN-16	1	液氮 MCT,Range:12,000-600cm-1	
4)				

### 6,软件

序号	物料号	数量	描述	
1)	S-IR	1	标准的采集软件	所有界面均为中文 20220828
2)	SDK 软件协议	1	该协议用于他们的附件温度和红	
		'	外的采集,能够同步。	

7,	, 1	义器搏	修作说	明书
----	-----	-----	-----	----

□标准版(型号: )	≥非标版	(出厂前需生产部编制)
------------	------	-------------

## 8, 配套国内/国际成品采购

序号	物料号	数量	描述	<b>备注</b>
1)				
2)				

## 9, 打包要求(可多选)

常规包装					
□中性包装	(去 LOGO 包含	装,箱子和	印胶带都去	logo)	
□定制包装	(详细说明:	免熏蒸的	木箱包装,	用于出口,	提前定制)
☑防潮铝箔€	包装 (由于是	kBr 系统	)		

### 10, 其他 主机的外型:

效果图



DEEP-FTIR-2 的字体字号(放在仪器正面右下角)



紫色的信息(右图)




#### LOGO 的颜色和色号:



中研环科公司 logo 图片,放在仪器正面的左上角。这个 logo 参照《中研环科 logo-终.tif》文件

### Logo 橙色的色号:



Logo 红色的色号:

